

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	2	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	Nicht bewertbar	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	6	6	100.00
SureStep Abbott	Nicht bewertbar	10	10	100.00
Triage 8	positiv	3	3	100.00
Intex	Nicht bewertbar	3	3	100.00
Willi Fox	Nicht bewertbar	4	4	100.00
MD Doctors Direct	Nicht bewertbar	7	7	100.00
Clear Test	Nicht bewertbar	6	6	100.00
Triage TOX	positiv	9	9	100.00
Andere quantitativ	Nicht bewertbar	14	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	19	10	53.00
Total		94	85	90.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	Nicht bewertbar	2	2	100.00
Triage TOX	Nicht bewertbar	9	9	100.00
Andere Schnelltests	Nicht bewertbar	26	26	100.00
Total		37	37	100.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	19	18	95.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Protzek	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	1	1	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	6	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	7	7	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	13	93.00
Total		55	54	98.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	10	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	15	94.00
Andere Schnelltests	negativ	17	16	94.00
Total		94	92	98.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	10	10	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	12	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Willi Fox	negativ	5	5	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	14	93.00
Andere Schnelltests	negativ	26	24	92.00
Total		120	117	98.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	11	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	15	94.00
Andere Schnelltests	negativ	21	19	90.00
Total		103	100	97.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	7	7	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	11	92.00
Andere Schnelltests	negativ	20	18	90.00
Total		89	86	97.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	7	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	8	7	88.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	15	94.00
Andere Schnelltests	negativ	19	17	89.00
Total		101	97	96.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	3	3	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	5	4	80.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Alle Methoden	negativ	15	14	93.00
Total		27	26	96.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	Nicht bewertbar	5	5	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 1000 µg D,L Amphetamin, 800 µg Methamphetamin, 11700 µg Paracetamol zugesetzt. Entsprechend sollten Amphetamin (AMP), Methamphetamin (MET) und Paracetamol positiv, alle anderen Analysen negativ sein. Von Amphetamin existieren zwei verschiedene Enantiomere. Testverfahren, welche nur D-Amphetamin bestimmen, lagen bei der aktuellen Probe genau bei der Entscheidungsgrenze, weshalb die Bewertung nicht möglich war.