

## Rapporto MQ 2023/1 Risultati qualitativi

### Sommario

<b>Campione</b>	<b>Risultati</b>	<b>buono</b>	<b>% buono</b>
S01 Sangue occulto	198	197	99.49
I09 Allergologia Immunocap RAPID	3644	3579	98.22
U02 Urina strisce test/HCG	1172	1156	98.63
U03 screening della droga, urina	775	743	95.87
K08 Marker infarto cardiaco h232	632	621	98.26
<b>Total</b>	<b>6421</b>	<b>6296</b>	<b>98.05</b>

**S01 Sangue occulto**

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Haemocult	positivo	0	1	100.00
Hemofec	positivo	0	1	100.00
Colo-Rectal Test	positivo	0	24	100.00
Hexagon OBTI	positivo	0	31	100.00
Epi Tuub	positivo	1	3	75.00
Altri immuno	positivo	0	83	100.00
I-Colo-Rectal Test	positivo	0	54	100.00
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>197</b>	<b>99.49</b>

**Commento S01**

*Il campione di feci simulato conteneva sangue, tutti i test dovevano risultare "positivi".*

**I09 Allergologia Immunocap RAPID**

<b>E1 gatto</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	362	5	98.64

<b>T3 Betulla</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	364	4	98.91

<b>W6 Assenzio selvatico</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	356	5	98.61

<b>G6 Coda di topo</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	363	4	98.91

<b>F1 Proteine di pollo (albume)</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	40	0	100.00

<b>i6 Blattella germanica</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	308	9	97.16

<b>E5 Forfora di cane</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	361	5	98.63

<b>T9 olivo</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	356	7	98.07

<b>W21 Parietaria</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	355	7	98.07

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	355	11	96.99

<b>F2 Latte</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	40	0	100.00

<b>m6 Muffa</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	319	8	97.55

**Commento I09**

*Il campione proveniva da un donatore senza allergie, tutti i test dovevano risultare negativi.*

**U02 Urina strisce test/HCG**

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	16	1150	98.63
altro	positivo	0	4	100.00
hCG+, Abbott	positivo	0	1	100.00
Quick Vue Plus	positivo	0	1	100.00
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>1156</b>	<b>98.63</b>

**Commento U02**

*Il campione proveniva da una donatrice sana ed era stato addizionato di nitrito di sodio e HCG.*

**U03 screening della droga, urina**

<b>Metanfetamina</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres	negativo	24	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	0	100.00
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Metaqualone</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	1	0	100.00

<b>TCA</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage 8	positivo	0	1	100.00
Triage TOX	positivo	0	11	100.00
tutti	positivo	0	16	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>28</b>	<b>100.00</b>

<b>LSD</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres quantitativ	negativo	2	0	100.00

<b>Anfetamine</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	14	0	100.00
autres	negativo	19	0	100.00
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Barbiturati</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Freestyle precision/xceed	negativo	0	0	*****
Abbott	negativo	3	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	2	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	6	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	0	0	*****
Intex	negativo	0	0	*****
Willi Fox	negativo	1	1	50.00
MD Doctors Direct	negativo	3	0	100.00
Clear Test	negativo	1	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	7	0	100.00
autres	negativo	12	0	100.00
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>1</b>	<b>98.18</b>

<b>Benzodiazepina</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	4	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	0	4	100.00
Nal von Minden	positivo	1	7	87.50
SureStep Abbott	positivo	4	6	60.00
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	0	0	*****
Intex	positivo	0	4	100.00
Willi Fox	positivo	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positivo	5	3	37.50
Clear Test	positivo	0	5	100.00
Triage TOX	positivo	4	6	60.00
autres quantitativ	positivo	0	16	100.00
autres	positivo	6	11	64.71
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>75</b>	<b>78.95</b>

<b>Cannabinoidi</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	10	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	11	1	91.67
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	7	1	87.50
Willi Fox	negativo	5	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	100.00
Clear Test	negativo	6	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	15	0	100.00
autres	negativo	26	0	100.00
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>2</b>	<b>98.32</b>

<b>Cocaina</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	4	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	0	4	100.00
Nal von Minden	positivo	1	7	87.50
SureStep Abbott	positivo	0	11	100.00
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	0	1	100.00
Intex	positivo	1	2	66.67
Willi Fox	positivo	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	8	100.00
Clear Test	positivo	1	5	83.33
Triage TOX	positivo	0	10	100.00
autres quantitativ	positivo	1	15	93.75
autres	positivo	0	21	100.00
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>99</b>	<b>96.12</b>



<b>Metadone</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	0	100.00
Triage 8	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	100.00
Triage TOX	negativo	8	0	100.00
autres quantitativ	negativo	12	0	100.00
autres	negativo	19	1	95.00
<b>Total</b>		<b>88</b>	<b>1</b>	<b>98.88</b>

<b>Oppiati</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	4	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	0	4	100.00
Nal von Minden	positivo	1	7	87.50
SureStep Abbott	positivo	0	9	100.00
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	0	1	100.00
Intex	positivo	0	3	100.00
Willi Fox	positivo	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positivo	1	8	88.89
Clear Test	positivo	0	6	100.00
Triage TOX	positivo	0	10	100.00
autres quantitativ	positivo	1	15	93.75
autres	positivo	1	18	94.74
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>96</b>	<b>96.00</b>

<b>Phencyclidin</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	4	0	100.00

<b>Paracetamol</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	3	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	positivo	0	1	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	6	0	100.00

<b>EDDP</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	8	0	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	0	2	100.00

<b>Morphin</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	positivo	0	2	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	20	0	100.00

### Commento U03

*Un litro di urina era stato addizionato di 186 mg etanolo, 200 µg temazepam, 700 µg benzoilecgonina, 800 µg 6-acetilmorfina, 700 µg clomipramina, 900 µg desipramina, 400 µg amitriptilina e 400 µg imipramina. Di conseguenza dovevano risultare positive le benzodiazepine, gli oppiati compresa morfina e 6-acetilmorfina, la cocaina e il TCA, negative tutte le altre analisi. In Svizzera, SCDAT raccomanda di segnalare le benzodiazepine come positive a partire da 100 µg. Alcuni test purtroppo utilizzano altri valori soglia. Il campione conteneva anche etanolo (4.8 mmol/l) ed etilglucuronide (2.9 mg/l).*

**K08 Marker infarto cardiaco h232**

<b>Troponina T qI</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	1	17	94.44

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Cobas h 232	positivo	10	602	98.37

<b>Troponina I qI</b>	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	positivo	0	2	100.00