

**Bericht U03 Urin Drogen****Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	2	100.00

**Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	10	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	19	19	100.00
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	24	100.00
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	20	20	100.00

**Barbiturate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	2	2	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	6	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	2	1	50.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	7	7	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	12	100.00
<b>Total</b>		<b>55</b>	<b>54</b>	<b>98.00</b>

**Benzodiazepine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	10	6	60.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Intex	positiv	4	4	100.00
Willi Fox	positiv	2	2	100.00
MD Doctors Direct	positiv	8	3	38.00
Clear Test	positiv	5	5	100.00
Triage TOX	positiv	10	6	60.00
Andere quantitativ	positiv	16	16	100.00
Andere Schnelltests	positiv	17	11	65.00
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>75</b>	<b>79.00</b>

**Cannabinoide**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	10	10	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	11	92.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	8	7	88.00
Willi Fox	negativ	5	5	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	26	100.00
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>117</b>	<b>98.00</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	11	11	100.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	3	2	67.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	8	8	100.00
Clear Test	positiv	6	5	83.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	15	94.00
Andere Schnelltests	positiv	21	21	100.00
<b>Total</b>		<b>103</b>	<b>99</b>	<b>96.00</b>

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	8	8	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	20	19	95.00
<b>Total</b>		<b>89</b>	<b>88</b>	<b>99.00</b>

**Methaqualon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

**EDDP**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	8	8	100.00

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	9	9	100.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	8	89.00
Clear Test	positiv	6	6	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	15	94.00
Andere Schnelltests	positiv	19	18	95.00
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>96</b>	<b>96.00</b>

**Paracetamol**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	3	100.00

**Buprenorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	6	6	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	1	100.00

**Phencyclidin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00

**TCA**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Alle Methoden	positiv	16	16	100.00
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100.00</b>

**LSD**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00

**Morphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	2	2	100.00

**Kommentar U3**

Einem Liter Urin wurden 186 mg Ethanol, 200 µg Temazepam, 700 µg Benzoylcegonin, 800 µg 6-Acetylmorphin, 700 µg Clomipramine, 900 µg Desipramine, 400 µg Amitriptylin und 400 µg Imipramin zugefügt. Entsprechend sollten Benzodiazepine, Opiate (inkl. Morphin, 6-Acetylmorphin), Cocain und TCA positiv, alle anderen Analysen negativ sein. In der Schweiz ist die Empfehlung von SCDAT Benzodiazepine ab 100 µg als "positiv" zu berichten. Einzelne Tests verwenden leider höhere Grenzwerte. Die Probe enthielt zusätzlich auch Alkohol (4.8 mmol/l) und Ehtylglucuronid (2.9 mg/l).