

Rapporto MQ 2023/2 Risultati qualitativi

Sommario

Campione	Risultati	buono	% buono
S01 Sangue occulto	193	191	98.96
I09 Allergologia Immunocap RAPID	4073	4032	98.99
U02 Urina strisce test/HCG	1179	1162	98.56
U03 screening della droga, urina	763	736	96.46
K08 Marker infarto cardiaco h232	586	577	98.46
Total	6794	6698	98.59

S01 Sangue occulto

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Haemocult	positivo	0	1	100.00
Hemofec	positivo	0	1	100.00
Colo-Rectal Test	positivo	0	24	100.00
Hexagon OBTI	positivo	0	31	100.00
Epi Tuub	positivo	0	4	100.00
Altri immuno	positivo	2	77	97.47
I-Colo-Rectal Test	positivo	0	53	100.00
Total		2	191	98.96

Commento S01

Il campione di feci simulato conteneva sangue, tutti i test dovevano risultare "positivi".

I09 Allergologia Immunocap RAPID

E1 gatto	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	8	414	98.10

T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	405	5	98.78

W6 Assenzio selvatico	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	403	6	98.53

G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	354	48	100.00

F1 Proteine di pollo (albume)	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	40	1	97.56

i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	362	5	98.64

E5 Forfora di cane	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	79	310	100.00

T9 olivo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	404	4	99.02

W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	404	4	99.02

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	403	5	98.77

F2 Latte	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	41	0	100.00

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	365	3	99.18

Commento I09

Nel g6 phleum e e5 cane le bande erano solo debolmente visibili. Abbiamo quindi accettato i risultati "positivo" e "negativo"

U02 Urina strisce test/HCG

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	1157	16	98.64
altro	negativo	3	1	75.00
hCG+, Abbott	negativo	1	0	100.00
Quick Vue Plus	negativo	1	0	100.00
Total		1162	17	98.56

Commento U02

Il campione proveniva da una donatrice sana ed era stato addizionato di nitrito e eritrociti.

U03 screening della droga, urina

Metanfetamina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres	negativo	25	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	0	100.00
Total		43	0	100.00

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	1	0	100.00

TCA	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage 8	negativo	1	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	100.00
tutti	negativo	16	0	100.00
Total		29	0	100.00

LSD	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres quantitativ	negativo	2	0	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	13	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	12	0	100.00
autres	negativo	15	1	93.75
Total		92	1	98.92

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	3	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	1	1	50.00
Nal von Minden	positivo	0	2	100.00
SureStep Abbott	positivo	1	8	88.89
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Willi Fox	positivo	0	1	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	3	100.00
Clear Test	positivo	0	1	100.00
Triage TOX	negativo	9	1	90.00
autres quantitativ	positivo	0	6	100.00
autres	positivo	1	8	88.89
Total		14	39	92.45

Benzodiazepina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	12	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	4	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	15	0	100.00
autres	negativo	15	0	100.00
Total		94	0	100.00

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	5	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	1	4	80.00
Nal von Minden	positivo	0	11	100.00
SureStep Abbott	positivo	3	12	80.00
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	1	1	50.00
Intex	positivo	0	8	100.00
Willi Fox	positivo	0	5	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	9	100.00
Clear Test	positivo	1	4	80.00
Triage TOX	positivo	0	10	100.00
autres quantitativ	positivo	1	13	92.86
autres	positivo	2	21	91.30
Total		9	110	92.44

Cocaina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	14	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	100.00
Triage TOX	negativo	9	1	90.00
autres quantitativ	negativo	14	0	100.00
autres	negativo	17	1	94.44
Total		99	2	98.02

Metadone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	4	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	0	4	100.00
Nal von Minden	positivo	0	6	100.00
SureStep Abbott	positivo	5	7	58.33
Triage 8	positivo	0	1	100.00
Intex	positivo	0	3	100.00
Willi Fox	positivo	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positivo	2	7	77.78
Clear Test	positivo	1	3	75.00
Triage TOX	positivo	0	6	100.00
autres quantitativ	positivo	1	10	90.91
autres	positivo	1	15	93.75
Total		10	74	88.10

Oppiati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	11	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	14	0	100.00
autres	negativo	15	1	93.75
Total		96	1	98.97

Phencyclidin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	positivo	0	4	100.00

Paracetamol	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	2	0	100.00

6-Acetylmorphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	1	0	100.00

Buprenorphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	7	0	100.00

EDDP	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	positivo	0	8	100.00

Ethylglucuronid ql	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	2	0	100.00

Morphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	21	0	100.00

Commento U03

A un litro di urina sono stati aggiunti 300 µg tiopentale, 400 µg pentobarbitale, 400 µg THC, 400 µg metadone, 400 µg fenciclidina, 400 µg EDDP. Dovevano quindi risultare positivi barbiturati, metadone, cannabis e fenciclidina, negative tutte le altre analisi.

K08 Marker infarto cardiaco h232

Troponina T qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	2	15	88.24

Troponin T CR pos/neg	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Cobas h 232	positivo	7	560	98.77

Troponina I qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	positivo	0	2	100.00