

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	2	2	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	13	13	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	16	15	94.00
Total		93	92	99.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	25	100.00
Total		37	37	100.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	21	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	2	1	50.00
Nal von Minden	positiv	2	2	100.00
SureStep Abbott	positiv	9	8	89.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	positiv	1	1	100.00
MD Doctors Direct	positiv	3	3	100.00
Clear Test	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Andere quantitativ	positiv	6	6	100.00
Andere Schnelltests	positiv	10	8	80.00
Total		54	49	91.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	12	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	15	100.00
Total		94	94	100.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	5	5	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	5	4	80.00
Nal von Minden	positiv	11	11	100.00
SureStep Abbott	positiv	15	12	80.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	1	50.00
Intex	positiv	8	8	100.00
Willi Fox	positiv	6	5	83.00
MD Doctors Direct	positiv	9	9	100.00
Clear Test	positiv	5	4	80.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	14	13	93.00
Andere Schnelltests	positiv	23	21	91.00
Total		120	110	92.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	14	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	18	17	94.00
Total		101	99	98.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	6	6	100.00
SureStep Abbott	positiv	12	7	58.00
Triage 8	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	7	78.00
Clear Test	positiv	4	3	75.00
Triage TOX	positiv	6	6	100.00
Andere quantitativ	positiv	11	10	91.00
Andere Schnelltests	positiv	17	15	88.00
Total		85	74	87.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	9	8	89.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	11	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	17	15	88.00
Total		98	96	98.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	2	67.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	7	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	4	4	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Alle Methoden	negativ	16	16	100.00
Total		29	29	100.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 300 µg Thiopental, 400 µg Pentobarbital, 400 µg THC, 400 µg Methadon, 400 µg Phencyclidin und 400 µg EDDP beigefügt. Barbiturat, Methadon, Cannabis und Phencyclidin sollten positiv sein, alle anderen Analysen negativ.