

Bericht MQ 2023/3 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe	Resultate	gut	% gut
S01 Okkultes Blut im Stuhl	196	194	98.98
I09 Allergologie Immunocap RAPID	4033	3999	99.16
U02 Urin Teststreifen/HCG	1176	1143	97.19
U03 Urin Drogen	762	723	94.88
K08 Herzinfarktmarker h232	559	549	98.21
Total	6726	6608	98.25

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	0	2	100.00
Hemofec	positiv	0	3	100.00
Colo-Rectal Test	positiv	1	24	96.00
Hexagon OBTI	positiv	0	31	100.00
Epi Tuub	positiv	0	4	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	1	78	98.73
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	52	100.00
Total		2	194	98.98

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" sein

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	409	1	99.76

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	401	9	97.80

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	379	16	100.00

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	8	409	98.08

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	40	1	97.56

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	16	344	100.00

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	26	363	100.00

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	18	372	100.00

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	12	404	97.12

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	393	4	100.00

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	41	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	364	3	99.18

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1140	33	97.19
andere Methoden	negativ	1	0	100.00
hCG+, Abbott	negativ	1	0	100.00
Quick Vue Plus	negativ	1	0	100.00
Total		1143	33	97.19

Kommentar U02

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem Glukose beigefügt wurde. Die Glukosekonzentration betrug 27 mmol/l.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	2	92.31
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
Total		42	2	95.45

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	12	0	100.00
Alle Methoden	negativ	16	0	100.00
Total		29	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	0	2	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	2	2	50.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	3	2	40.00
Nal von Minden	positiv	1	7	87.50
SureStep Abbott	positiv	1	11	91.67
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Intex	positiv	1	2	66.67
Willi Fox	positiv	1	2	66.67
MD Doctors Direct	positiv	1	6	85.71
Clear Test	positiv	0	4	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	4	8	66.67
Andere Schnelltests	positiv	6	11	64.71
Total		20	72	78.26

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	2	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	1	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	6	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	0	100.00
Total		54	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	16	0	100.00
Total		93	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	11	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	13	1	92.86
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	7	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	1	96.00
Total		116	2	98.31

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	1	92.31
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	18	1	94.74
Total		98	2	98.00

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	0	4	100.00
Nal von Minden	positiv	0	6	100.00
SureStep Abbott	positiv	2	9	81.82
Triage 8	positiv	0	1	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positiv	1	8	88.89
Clear Test	positiv	1	3	75.00
Triage TOX	positiv	0	6	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	11	100.00
Andere Schnelltests	positiv	4	14	77.78
Total		8	76	90.48

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	1	90.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	4	1	80.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	17	1	94.44
Total		94	3	96.91

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	0	3	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	6	1	85.71

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	7	87.50

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	2	0	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 1650 µg Amphetamin, 3 ml Ethanol, 11.7 mg Paracetamol, 480 µg Methadon, 480 µg EDDP und 10 µg LSD beigefügt.

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	1	15	93.75

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	8	533	98.52

Troponin I qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	1	1	50.00