

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	2	2	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	2	50.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	5	2	40.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	13	11	85.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Intex	positiv	3	2	67.00
Willi Fox	positiv	3	2	67.00
MD Doctors Direct	positiv	7	6	86.00
Clear Test	positiv	4	4	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	12	8	67.00
Andere Schnelltests	positiv	17	11	65.00
Total		93	72	77.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	24	92.00
Total		38	36	95.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	21	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	3	2	67.00
SureStep Abbott	negativ	8	8	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	1	1	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	6	6	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	11	100.00
Total		55	54	98.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	11	92.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	16	16	100.00
Total		94	93	99.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	11	11	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	13	87.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	7	7	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	24	96.00
Total		119	116	97.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	12	86.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	19	18	95.00
Total		101	98	97.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	6	6	100.00
SureStep Abbott	positiv	12	9	75.00
Triage 8	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	2	2	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	8	89.00
Clear Test	positiv	4	3	75.00
Triage TOX	positiv	6	6	100.00
Andere quantitativ	positiv	11	11	100.00
Andere Schnelltests	positiv	18	14	78.00
Total		85	76	89.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	8	7	88.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	9	82.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	5	4	80.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	18	17	94.00
Total		98	94	96.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	3	3	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	6	86.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Alle Methoden	negativ	16	16	100.00
Total		29	29	100.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	2	2	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 1650 µg Amphetamin, 3 ml Ethanol, 11.7 mg Paracetamol, 480 µg Methadon, 480 µg EDDP und 10 µg LSD beigefügt.