

B2 Uricult

Uricult	176*	18*	17*	60*	197*
	neg	10E3	10E4	10E5	10E6

Commentaire

L'échantillon acheté par MQ contenait Staphylococcus saprophyticus, qui devrait normalement présenter une forte croissance. L'échantillon B2 MQ2023-4 ne peut pas être évalué car un nombre exceptionnellement élevé de participants n'ont pas pu démontrer de croissance. Nous clarifions actuellement ce point avec le fabricant et ne sommes donc pas en mesure d'expliquer pour le moment les raisons de ces différents résultats.