

B2 Urinocultura

Uricult	176*	18*	17*	60*	197*
	neg	10E3	10E4	10E5	10E6

Commento

Il campione, acquistato da MQ, conteneva Staphylococcus saprophyticus, che normalmente cresce rapidamente. Tuttavia, un numero insolitamente elevato di partecipanti non è stato in grado di rilevare alcuna crescita sul campione B2 MQ2023-4, pertanto il campione non è valutabile. MQ è in contatto con il produttore per capire i motivi dei risultati discordanti, al momento ancora inspiegabili.