

Bericht MQ 2023/4 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe	Resultate	gut	% gut
S01 Okkultes Blut im Stuhl	194	190	97.94
I09 Allergologie Immunocap RAPID	4721	4669	98.90
U02 Urin Teststreifen/HCG	1184	1168	98.65
U03 Urin Drogen	766	748	97.65
K08 Herzinfarktmarker h232	497	491	98.79
Total	7362	7266	98.70

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	negativ	2	1	66.67
Hemofec	negativ	2	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativ	24	1	96.00
Hexagon OBTI	negativ	31	1	96.88
Epi Tuub	negativ	4	0	100.00
andere Meth. immunologisch	negativ	77	1	98.72
I-Colo-Rectal Test	negativ	50	0	100.00
Total		190	4	97.94

Kommentar S01

Die Probe enthielt kein Blut. Alle qualitativen Tests sollten "negativ" ergeben. Das quantitative Resultat ist <50ng/ml, wir haben deshalb unseren Zielwert mit 50ng/ml angegeben.

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	61	397	100.00

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	486	4	99.18

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	471	14	97.11

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	471	17	96.52

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	3	37	92.50

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	331	74	100.00

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	157	257	100.00

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	483	5	98.98

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	486	2	99.59

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	7	495	98.61

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	41	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	377	45	100.00

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	16	1166	98.65
andere Methoden	positiv	0	1	100.00
hCG+, Abbott	positiv	0	1	100.00
Total		16	1168	98.65

Kommentar U02

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem 0.46 g/l Protein hinzugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
Total		45	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	1	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	12	0	100.00
Alle Methoden	negativ	17	0	100.00
Total		30	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	18	0	100.00
Total		93	0	100.00

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	2	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	1	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	6	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	0	100.00
Total		54	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	17	0	100.00
Total		93	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	1	4	80.00
Nal von Minden	positiv	2	9	81.82
SureStep Abbott	positiv	3	11	78.57
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	50.00
Intex	positiv	2	5	71.43
Willi Fox	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	9	100.00
Clear Test	positiv	0	5	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	24	96.00
Total		10	108	91.53

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	2	75.00
SureStep Abbott	negativ	13	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	20	0	100.00
Total		99	2	98.02

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	100.00
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Triage TOX	negativ	6	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	19	0	100.00
Total		84	0	100.00

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	1	4	80.00
Nal von Minden	positiv	2	6	75.00
SureStep Abbott	positiv	2	9	81.82
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	1	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	8	100.00
Clear Test	positiv	0	5	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	18	100.00
Total		5	92	94.85

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	6	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	1	87.50

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	2	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	3	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 600 µg Methaqualon, 800 µg Morphin, 600 µg Morphin-3-Glucuronid, 200 µg THC-COOH, 200 µg CBD und ca. 1000 µg Ethyl- -D-Glucuronid beigefügt.

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	15	100.00

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	6	473	98.75

Troponin I qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	0	3	100.00