

Rapport MQ 2023/4 Résultats qualitatifs**Résumé**

Echantillon	Résultats	bon	% bon
S01 Sang occulte dans les selles	194	190	97.94
I09 Allergologie Immunocap RAPID	4721	4669	98.90
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1184	1168	98.65
U03 Urine drogues d'abus	766	748	97.65
K08 Marqueurs cardiaques h232	497	491	98.79
Total	7362	7266	98.70

S01 Sang occulte dans les selles

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	négatif	2	1	66.67
Hemofec	négatif	2	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	24	1	96.00
Hexagon OBTI	négatif	31	1	96.88
Epi Tuub	négatif	4	0	100.00
Autres immuno	négatif	77	1	98.72
I-Colo-Rectal Test	négatif	50	0	100.00
Totale		190	4	97.94

Commentaire S01

L'échantillon ne contenait pas de sang, le résultat quantitatif est donc <50 ng/ml. Notre valeur cible est indiquée à 50 ng/ml.

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	61	397	100.00

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	486	4	99.18

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	471	14	97.11

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	471	17	96.52

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	3	37	92.50

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	331	74	100.00

E5 chien	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	157	257	100.00

T9 olivier	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	483	5	98.98

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	486	2	99.59

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	7	495	98.61

F2 Lait	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	41	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	377	45	100.00

U02 Bandelettes urinaires/HCG

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	16	1166	98.65
Autres méthodes	positif	0	1	100.00
hCG+, Abbott	positif	0	1	100.00
Totale		16	1168	98.65

Commentaire U02

L'urine provenait de donneurs sains et 0,46 g/l de protéines y ont été ajoutés.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
Totale		45	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	17	0	100.00
Totale		30	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	18	0	100.00
Totale		93	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	1	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	6	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	100.00
Totale		54	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	17	0	100.00
Totale		93	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	1	4	80.00
Nal von Minden	positif	2	9	81.82
SureStep Abbott	positif	3	11	78.57
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	50.00
Intex	positif	2	5	71.43
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	9	100.00
Clear Test	positif	0	5	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	14	100.00
Autres tests rapides	positif	1	24	96.00
Totale		10	108	91.53

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	2	75.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	20	0	100.00
Totale		99	2	98.02

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	6	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	0	100.00
Totale		84	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	1	4	80.00
Nal von Minden	positif	2	6	75.00
SureStep Abbott	positif	2	9	81.82
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	8	100.00
Clear Test	positif	0	5	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	14	100.00
Autres tests rapides	positif	0	18	100.00
Totale		5	92	94.85

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	1	87.50

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	3	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00

Commentaire U03

600µg de méthaqualone, 800µg de morphine, 600µg de morphine-3-glucuronide, 200µg de THC-COOH, 200µg de CBD et environ 1 000µg d'éthyl- -D-glucuronide ont été ajoutés à un litre d'urine.

K08 Marqueurs cardiaques h232

Troponine T qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	15	100.00

Troponin T CR pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	6	473	98.75

Troponine I qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	3	100.00