

Rapporto MQ 2023/4 Risultati qualitativi

Sommario

Campione	Risultati	buono	% buono
S01 Sangue occulto	194	190	97.94
I09 Allergologia Immunocap RAPID	4721	4669	98.90
U02 Urina strisce test/HCG	1184	1168	98.65
U03 screening della droga, urina	766	748	97.65
K08 Marker infarto cardiaco h232	497	491	98.79
Total	7362	7266	98.70

S01 Sangue occulto

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Haemoccult	negativo	2	1	66.67
Hemofec	negativo	2	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativo	24	1	96.00
Hexagon OBTI	negativo	31	1	96.88
Epi Tuub	negativo	4	0	100.00
Altri immuno	negativo	77	1	98.72
I-Colo-Rectal Test	negativo	50	0	100.00
Total		190	4	97.94

Commento S01

Il campione non conteneva sangue, il risultato quantitativo è quindi <50 ng/ml. Il nostro valore bersaglio è <50 ng/ml.

I09 Allergologia Immunocap RAPID

E1 gatto	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	61	397	100.00

T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	486	4	99.18

W6 Assenzio selvatico	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	471	14	97.11

G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	471	17	96.52

F1 Proteine di pollo (albume)	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	3	37	92.50

i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	331	74	100.00

E5 Forfora di cane	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	157	257	100.00

T9 olivo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	483	5	98.98

W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	486	2	99.59

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	7	495	98.61

F2 Latte	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	41	0	100.00

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	377	45	100.00

U02 Urina strisce test/HCG

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	16	1166	98.65
altro	positivo	0	1	100.00
hCG+, Abbott	positivo	0	1	100.00
Total		16	1168	98.65

Commento U02

Le urine provenivano da donatori sani a cui sono state aggiunte 0,46 g/l di proteine.

U03 screening della droga, urina

Metanfetamina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres	negativo	27	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	0	100.00
Total		45	0	100.00

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	positivo	0	1	100.00

TCA	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage 8	negativo	1	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	100.00
tutti	negativo	17	0	100.00
Total		30	0	100.00

LSD	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres quantitativ	negativo	2	0	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	12	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	12	0	100.00
autres	negativo	18	0	100.00
Total		93	0	100.00

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	3	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	2	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	8	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Willi Fox	negativo	1	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	3	0	100.00
Clear Test	negativo	1	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	6	0	100.00
autres	negativo	11	0	100.00
Total		54	0	100.00

Benzodiazepina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	11	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	4	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	14	0	100.00
autres	negativo	17	0	100.00
Total		93	0	100.00

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	5	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	1	4	80.00
Nal von Minden	positivo	2	9	81.82
SureStep Abbott	positivo	3	11	78.57
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	1	1	50.00
Intex	positivo	2	5	71.43
Willi Fox	positivo	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	9	100.00
Clear Test	positivo	0	5	100.00
Triage TOX	positivo	0	10	100.00
autres quantitativ	positivo	0	14	100.00
autres	positivo	1	24	96.00
Total		10	108	91.53

Cocaina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	2	75.00
SureStep Abbott	negativo	13	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	14	0	100.00
autres	negativo	20	0	100.00
Total		99	2	98.02

Metadone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	100.00
Protzek	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	11	0	100.00
Triage 8	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	100.00
Triage TOX	negativo	6	0	100.00
autres quantitativ	negativo	11	0	100.00
autres	negativo	19	0	100.00
Total		84	0	100.00

Oppiati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	4	100.00
Cobas	positivo	0	5	100.00
Protzek	positivo	1	4	80.00
Nal von Minden	positivo	2	6	75.00
SureStep Abbott	positivo	2	9	81.82
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	0	1	100.00
Intex	positivo	0	3	100.00
Willi Fox	positivo	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	8	100.00
Clear Test	positivo	0	5	100.00
Triage TOX	positivo	0	10	100.00
autres quantitativ	positivo	0	14	100.00
autres	positivo	0	18	100.00
Total		5	92	94.85

Phencyclidin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	4	0	100.00

Paracetamol	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	1	0	100.00

Buprenorphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	6	0	100.00

EDDP	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	7	1	87.50

Ethylglucuronid ql	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	0	2	100.00

Morphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	positivo	0	3	100.00

Ecstasy pos/neg	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	21	0	100.00

Commento U03

Un litro di urina era stato addizionato di 600 µg metaqualone, 800 µg morfina, 600 µg morfina-3-glucuronide, 200 µg THC-COOH, 200 µg CBD e ca. 1000 µg etil--D-glucuronide.

K08 Marker infarto cardiaco h232

Troponina T qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	0	15	100.00

Troponin T CR pos/neg	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Cobas h 232	positivo	6	473	98.75

Troponina I qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	positivo	0	3	100.00