

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	2	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	12	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	20	18	90.00
Total		95	93	98.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	27	96.00
Total		40	39	98.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	21	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	2	2	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	8	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	1	1	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	6	6	100.00
Andere Schnelltests	negativ	13	11	85.00
Total		56	54	96.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	11	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	14	93.00
Andere Schnelltests	negativ	18	17	94.00
Total		95	93	98.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	5	5	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	5	4	80.00
Nal von Minden	positiv	11	9	82.00
SureStep Abbott	positiv	14	11	79.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	1	50.00
Intex	positiv	7	5	71.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	9	100.00
Clear Test	positiv	5	5	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	14	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	27	24	89.00
Total		120	108	90.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	5	5	100.00
Nal von Minden	negativ	8	6	75.00
SureStep Abbott	negativ	13	13	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	22	20	91.00
Total		103	99	96.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	11	100.00
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	6	6	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	11	100.00
Andere Schnelltests	negativ	21	19	90.00
Total		86	84	98.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	8	7	88.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	5	4	80.00
Nal von Minden	positiv	8	6	75.00
SureStep Abbott	positiv	11	9	82.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	8	8	100.00
Clear Test	positiv	5	5	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	14	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	20	18	90.00
Total		99	92	93.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	3	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	6	86.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Alle Methoden	negativ	18	17	94.00
Total		31	30	97.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	3	3	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 600 µg Methaqualon, 800 µg Morphin, 600 µg Morphin-3-Glucuronid, 200 µg THC-COOH, 200 µg CBD und ca. 1000 µg Ethyl- -D-Glucuronid beigelegt.