

Rapport MQ 2024/1 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon	Résultats	bon	% bon
I09 Allergologie Immunocap RAPID	5176	4864	93.97
S01 Sang occulte dans les selles	189	188	99.47
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1208	1191	98.59
U03 Urine drogues d'abus	811	792	97.66
Total	7384	7035	95.27

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	20	1	508	96.03

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	505	0	10	98.06

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	510	4	3	98.65

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	481	16	17	93.58

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	40	0	1	97.56

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	470	2	2	99.16

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/pos	207	101	217	60.57

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	512	1	2	99.42

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	511	2	2	99.22

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	501	8	7	97.09

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	41	0	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	467	4	3	98.52

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	0	3	100.00
Hemofec	positif	0	2	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	23	100.00
Hexagon OBTI	positif	0	28	100.00
Epi Tuub	positif	0	4	100.00
Autres immuno	positif	1	76	98.70
I-Colo-Rectal Test	positif	0	52	100.00
Totale		1	188	99.47

Commentaire S01

Notre échantillon de selles simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif"

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1189	3	14	98.59
Autres méthodes	négatif	1	0	0	100.00
hCG+, Abbott	négatif	1	0	0	100.00
Totale		1191	3	14	98.59

Commentaire U02

L'urine provenait de donneurs sains à laquelle a été ajoutée du sang.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
Totale		48	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	18	0	100.00
Totale		32	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	100.00
Triage 8	négatif 8	4	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		98	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	7	0	100.00
Totale		60	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		98	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	6	100.00
Cobas	positif	0	6	100.00
Protzek	positif	2	6	75.00
Nal von Minden	positif	2	9	81.82
SureStep Abbott	positif	3	13	81.25
Triage 8	positif	0	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	50.00
Intex	positif	3	3	50.00
Willi Fox	positif	0	9	100.00
MD Doctors Direct	positif	2	6	75.00
Clear Test	positif	1	5	83.33
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	16	94.12
Autres tests rapides	positif	0	14	100.00
Totale		15	108	87.80

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	6	100.00
Protzek	positif	2	6	75.00
Nal von Minden	positif	0	8	100.00
SureStep Abbott	positif	0	15	100.00
Triage 8	positif	0	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	7	100.00
Clear Test	positif	0	5	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	17	100.00
Autres tests rapides	positif	0	13	100.00
Totale		2	104	98.11

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	1	83.33
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	6	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	0	100.00
Totale		86	1	98.85

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	1	87.50
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		100	1	99.01

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	0	4	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00

Commentaire U03

À un litre d'urine a été ajouté 12080 µg de Paracetamol, 200 µg de THC-COOH, 600 µg de Cocaine, 600 µg de Benzoylcgonin et env. 553 mg d'Ethanol. Les cannabinoïdes, Paracetamol et la cocaïne doivent être positifs.