



## G3/G4 Coagulazione ampliata 2024-2

### Istruzioni

- Le cifre corrispondono al numero di partecipanti che hanno fornito questi risultati.
- I campi incorniciati mostrano i risultati inoltrati dal vostro laboratorio.
- I risultati quantitativi sono ora integrati nella valutazione normale. I “valori obiettivo” sono formati dalla media dei partecipanti elaborata, dopo avere eliminato quelli estremi all’infuori dei limiti di tolleranza.
- Nel caso del tempo di trombina viene valutata soltanto l’interpretazione.

### Interpretazione dei risultati

Nessuna anticoagulazione		Normale	Valore limite	Anormale
G3	PTT	24	1	0
G3	Tempo di trombina	22	7	1

Terapia all’eparina		Senza eparina	Subterapia	Terapia	Troppo forte
G4	PTT	0	3	12	6
G4	Tempo di trombina	0	1	11	15

24.06.2024NKA

### Distribuzione di tutti i risultati aPTT

La forte distribuzione dei risultati quantitativi rende difficile il calcolo del valore target. Per tale ragione abbiamo illustrato i risultati ricorrendo a un istogramma.

