

Rapport MQ 2024/3 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon		Résultats	bon	% bon
H14	HbF-Zellen	10	10	100.00
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5250	5064	96.46
S01	Sang occulte dans les selles	188	185	98.40
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1194	1185	99.25
U03	Urine drogues d'abus	819	800	97.68
Total		7461	7244	97.09

H14 HbF-Zellen

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Kleihauer-Bethke	négatif	9	0	100.00
Flowcytometrie	négatif	1	0	100.00
Totale		10	0	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	35	30	470	87.85

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	28	8	499	93.27

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	508	6	7	97.50

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	508	8	6	97.32

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	40	0	1	97.56

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	474	3	2	98.96

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	15	4	516	96.45

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	512	1	7	98.46

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	515	3	3	98.85

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	505	5	11	96.93

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	42	0	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	475	1	2	99.37

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Hemofec	négatif	2	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	23	0	100.00
Hexagon OBTI	négatif	30	0	100.00
Epi Tuub	négatif	4	0	100.00
Autres immuno	négatif	72	2	97.30
I-Colo-Rectal Test	négatif	54	1	98.18
Totale		185	3	98.40

Commentaire S01

L'échantillon ne contenait pas de sang. Tous les tests devaient être "négatifs".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1185	1	8	99.25

Commentaire U02

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
SureStep Abbott	positif	1	0	4	80.00
Protzek	Valeur limite/pos	2	1	3	66.67
Willi Fox	positif	0	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	0	2	100.00
Triage TOX	positif	0	0	14	100.00
Autres méthodes	positif	2	0	13	86.67
Nal von Minden	positif	2	0	4	66.67
Totale		7	1	42	86.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	3	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	14	0	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	19	0	0	100.00
Totale		36	0	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	0	0	3	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	0	5	100.00
Cobas	positif	0	0	6	100.00
Protzek	Valeur limite/pos	0	1	5	100.00
Nal von Minden	positif	1	0	7	87.50
SureStep Abbott	positif	3	0	9	75.00
Triage 8	positif	0	0	4	100.00
Intex	positif	0	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	0	6	100.00
Clear Test	positif	0	0	4	100.00
Triage TOX	positif	0	0	12	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	0	16	100.00
Autres tests rapides	positif	1	0	11	91.67
Totale		5	1	91	94.85

Barbituriques	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	0	100.00
Protzek	négatif	3	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	7	0	0	100.00
Totale		61	0	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	0	100.00
Intex	négatif	4	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	0	100.00
Totale		98	0	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	0	100.00
Intex	négatif	5	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	8	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	0	0	100.00
Totale		121	0	0	100.00

Cocaïne	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	0	0	100.00
Totale		106	0	0	100.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	7	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	3	80.00
Totale		84	0	3	96.55

Opiacés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	1	92.31
Totale		100	0	1	99.01

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	0	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	4	0	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	0	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	0	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	2	0	0	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	3	0	19	86.36

Commentaire U03

À un litre d'urine a été ajouté 4 µg de LSD, 2.3 mg d'amphétamines, 1.8 mg de méthamphétamine, 820 µg de MDMA et 0.4 ml d'éthanol. Le LSD, les amphétamines, la méthamphétamine et l'ecstasy doivent être positifs.