



G3/G4 Gerinnung erweitert 2025-2

Anleitung

- Die Zahlen entsprechen der Anzahl Teilnehmer, welche dieses Resultat abgegeben haben
- Die eingerahmten Felder zeigen, welches Resultat Ihr Labor eingereicht hat.
- Die quantitativen Resultate sind in der normalen Auswertung integriert. Die „Zielwerte“ werden aus dem Teilnehmermittel nach Ausreisserelimination gebildet.

Interpretation der Resultate

keine Antikoagulation		Normal	Grenzwert	Abnormal
G3	PTT	23	0	1
G3	Thrombinzeit	23	1	0

Heparin therapy		kein Heparin	Subtherap.	Therap.	Zu stark
G4	PTT	1	12	7	0
G4	Thrombinzeit	1	11	7	3

20.06.2025nka

Verteilung aller aPTT Resultate

Aufgrund der grossen Streuung der quantitativen Resultate lässt sich der Zielwert nur schwer berechnen. Deshalb haben wir zusätzlich alle Resultate in Form eines Histogramms dargestellt.

