

Bericht MQ 2025/2 Qualitative Auswertungen**Zusammenfassung**

Probe	Resultate	gut	% gut
	0	0	0.00
H14 HbF-Zellen	19	19	100.00
I09 Allergologie Immunocap RAPID	5287	5154	97.48
S01 Okkultes Blut im Stuhl	207	201	97.10
U02 Urin Teststreifen/HCG	1233	1206	97.81
U03 Urin Drogen	928	891	96.01
	0	0	0.00
Total	7674	7471	97.35

H14 HbF-Zellen

HbF-Zellen	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Kleihauer-Bethke	positiv	0	17	100.00
Flowcytometrie	positiv	0	2	100.00
Total		0	19	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	26	0	511	95.16

T3 Birke	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	506	1	15	96.93

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	520	0	1	99.81

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	9	3	524	98.32

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	43	0	1	97.73

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	473	0	2	99.58

E5 Hund	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	18	2	518	96.65

T9 Olive	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	511	1	8	98.27

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	519	1	0	99.81

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	27	51	459	94.97

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	43	1	0	97.73

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	22	32	439	95.54

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	0	2	100.00
Hemofec	positiv	1	1	50.00
Colo-Rectal Test	positiv	1	25	96.15
Hexagon OBTI	positiv	1	26	96.30
Epi Tuub	positiv	1	6	85.71
andere Meth. immunologisch	positiv	1	78	98.73
I-Colo-Rectal Test	positiv	1	63	98.44
Total		6	201	97.10

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" sein

U02 Urin Teststreifen/HCG

HCG	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1206	1	26	97.81

Kommentar U02

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem Glukose und Protein hinzugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	negativ	9	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	1	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	21	0	0	100.00
andere Methoden	negativ	15	0	1	93.75
Nal von Minden	negativ	6	0	0	100.00
Total		58	0	1	98.31

Methaqualon	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	22	0	1	95.65
Alle Methoden	negativ	23	0	1	95.83
Total		45	0	2	95.74

LSD	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Cobas	positiv	0	0	2	100.00
Andere quantitativ	negativ	3	0	0	100.00
Total		3	0	2	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	23	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	10	0	0	100.00
Total		108	0	0	100.00

Barbiturate	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Abbott	negativ	3	0	0	100.00
Cobas	negativ	7	0	0	100.00
Protzek	negativ	3	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	2	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	1	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	4	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	23	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	5	0	0	100.00
Total		66	0	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	0	100.00
Intex	negativ	4	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	23	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	1	92.31
Andere Schnelltests	negativ	11	0	0	100.00
Total		110	0	1	99.10

Cannabinoide	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Abbott	positiv	1	0	5	83.33
Cobas	positiv	0	0	8	100.00
Protzek	positiv	0	0	7	100.00
Nal von Minden	positiv	1	0	10	90.91
SureStep Abbott	positiv	2	0	15	88.24
Intex	positiv	4	0	4	50.00
Willi Fox	positiv	2	0	6	75.00
MD Doctors Direct	positiv	3	0	7	70.00
Clear Test	positiv	1	0	5	83.33
Triage TOX	positiv	1	0	22	95.65
Andere quantitativ	positiv	2	0	11	84.62
Andere Schnelltests	positiv	4	0	10	71.43
Total		21	0	112	84.21

Cocain	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	16	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	23	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	0	0	100.00
Total		114	0	0	100.00

Methadon	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Abbott	positiv	0	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	0	6	100.00
Protzek	positiv	1	0	4	80.00
Nal von Minden	positiv	0	0	6	100.00
SureStep Abbott	positiv	2	1	12	80.00
Intex	positiv	0	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	1	0	8	88.89
Clear Test	positiv	0	0	5	100.00
Triage TOX	positiv	0	0	14	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	0	9	90.00
andere Methoden	positiv	4	0	7	63.64
Total		9	1	84	89.36

Opiate	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	23	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	0	100.00
Total		108	0	0	100.00

Phencyclidin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
andere Methoden	negativ	5	0	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
andere Methoden	negativ	2	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	3	0	0	100.00
Total		5	0	0	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	9	0	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	0	19	95.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	2	0	0	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	8	0	1	88.89

Fentanyl	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
andere Methoden	positiv	0	0	4	100.00

Ecstasy	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	26	0	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 0.3ml Ethanol, 160µg THC-Carbonsäure, 0.4mg Methadon, 0.45mg EDDP und 60µg Fentanyl beigelegt.

THC, Methadon, EDDP und Fentanyl müssen positiv sein. Bei einigen Testsystemen führt das Fentanyl zu positiven Resultaten beim LSD, diese haben wir ebenfalls als korrekt bewertet.

