

Bericht MQ 2025/3 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe		Resultate	gut	% gut
H14	HbF-Zellen	21	21	100.00 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5345	5241	98.05 %
S01	Okkultes Blut im Stuhl	212	212	100.00 %
U02	Urin Teststreifen/HCG	1239	1217	98.22 %
U03	Urin Drogen	916	907	99.02 %
Total		7733	7598	98.25 %

H14 HbF-Zellen

HbF-Zellen	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Kleihauer-Bethke	positiv	0	19	100.00
Flowcytometrie	positiv	0	2	100.00
Total		0	21	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	512	8	9	96.79
E1 Katze	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	10	2	530	97.79
E5 Hund	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	11	1	529	97.78
F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	42	0	2	95.45
F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	42	0	1	97.67
G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	513	8	10	96.61
i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	487	0	2	99.59

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	485	1	3	99.18
T3 Birke	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	11	1	530	97.79
T9 Olive	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	524	0	9	98.31
W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	525	2	4	98.87
W6 Beifuss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	522	2	7	98.31

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Hexagon OBTI	negativ	26	0	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativ	28	0	0	100.00
andere Meth. immunologisch	negativ	79	0	0	100.00
Haemoccult	negativ	2	0	0	100.00
Hemofec	negativ	2	0	0	100.00
Epi Tuub	negativ	7	0	0	100.00
andere Methoden Guajak	grenzw/neg	0	0	0	nan
I-Colo-Rectal Test	negativ	68	0	0	100.00
Total		0	0	0	nan

Kommentar

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt kein Blut, alle Tests sollten "negativ" sein.

U02 Urin Teststreifen/HCG

HCG	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	22	0	1217	98.22
andere Methoden	grenzw/neg	0	0	0	nan
RapiPreg, Morwell	grenzw/neg	0	0	0	nan
hCG+, Abbott	grenzw/neg	0	0	0	nan
BioSign	grenzw/neg	0	0	0	nan
Quick Vue Plus	grenzw/neg	0	0	0	nan
Viola, Orion	grenzw/neg	0	0	0	nan
Clearview, Unipath	grenzw/neg	0	0	0	nan
Gravi HCG, Intex	grenzw/neg	0	0	0	nan
Mainline	grenzw/neg	0	0	0	nan
Diatest	grenzw/neg	0	0	0	nan
SAS	grenzw/neg	0	0	0	nan
andere Methoden	grenzw/neg	0	0	0	nan
BioMérieux	grenzw/neg	0	0	0	nan
DXpress Reader	grenzw/neg	0	0	0	nan
Total		0	0	0	nan

Kommentar

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem Nitrit und hCG hinzugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	8	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Total		107	0	0	100.00

Barbiturate	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	0	2	100.00
Cobas	grenzw.	2	0	5	100.00
Protzek	grenzw.	1	1	0	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	0	6	100.00
Willi Fox	positiv	0	0	2	100.00
Andere Schnelltests	grenzw.	1	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	0	4	100.00
Triage TOX	grenzw.	1	0	23	100.00
Nal von Minden	grenzw.	1	1	1	100.00
SureStep Abbott	grenzw.	1	0	9	100.00
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Total		7	2	56	86.15

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	0	100.00
Intex	negativ	4	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	9	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Total		110	0	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	9	0	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	6	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	1	92.31
Intex	negativ	7	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	9	0	1	90.00
Andere Schnelltests	negativ	13	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	10	0	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	12	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	16	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Total		131	0	2	98.50

Cocain	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	0	8	100.00
Protzek	positiv	2	0	4	66.67
Andere quantitativ	positiv	2	0	12	85.71
Intex	positiv	0	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	0	4	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	0	10	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	0	9	100.00
Clear Test	positiv	0	0	5	100.00
Triage TOX	positiv	0	0	24	100.00
Nal von Minden	positiv	2	0	7	77.78
SureStep Abbott	positiv	1	0	14	93.33
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Total		7	0	107	93.86

Ecstasy	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	25	0	0	100.00
LCMS	negativ	1	0	0	100.00
Total		26	0	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	19	0	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	3	0	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	0	0	100.00
Cobas	negativ	1	0	0	100.00
Total		4	0	0	100.00

Methadon	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	6	0	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	10	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	9	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	14	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	13	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Total		91	0	0	100.00

Methamphetamin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Intex	negativ	1	0	0	100.00
andere Methoden	negativ	14	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	22	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	0	100.00
Total		59	0	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	0	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	9	0	0	100.00

Opiate	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Cobas	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	10	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Total		108	0	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	2	0	0	100.00
andere Methoden	negativ	3	0	0	100.00
Total		5	0	0	100.00

Phencyclidin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	1	0	0	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	0	5	100.00
LCMS	negativ	1	0	0	100.00
Total		2	0	5	28.57

TCA	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	22	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	22	0	0	100.00
Total		44	0	0	100.00

Kommentar

Einem Liter Urin wurden 3.2 ml Ethanol, 0.6 mg Pentobarbital, 0.5 mg Cocain, 0.5 mg Benzoylcegonin und 0.15 mg Phencyclidin beigelegt. Barbiturate, Cocain und Phencyclidin müssen positiv sein. Bei einigen Methoden kann eine Konzentration von 0.6 mg/l Pentobarbital grenzwertig sein. Bei diesen wurde Barbiturat nicht bewertet.