

Bericht MQ 2025/4 Qualitative Auswertungen

08.12.2025 V1.0

Zusammenfassung

Probe		Resultate	gut	% gut
H14	HbF-Zellen	21	21	100.00 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5382	5237	97.31 %
S01	Okkultes Blut im Stuhl	214	211	98.60 %
U02	Urin Teststreifen/HCG	1254	1240	98.88 %
U03	Urin Drogen	940	932	99.15 %
Total		7811	7641	97.82 %

H14 HbF-Zellen

HbF-Zellen	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Flowcytometrie	negativ	2	0	100.00
Kleihauer-Bethke	negativ	19	0	100.00
Total		21	0	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	498	23	16	92.74
E1 Katze	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	5	0	538	99.08
E5 Hund	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/neg	463	48	25	95.34
F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	41	0	1	97.62
F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	42	0	0	100.00
G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	10	6	527	97.05
i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	491	2	1	99.39

	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
m6 Schimmelpilz					
ImmunoCAP rapid	negativ	482	9	3	97.57
T3 Birke	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	7	2	534	98.34
T9 Olive	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	523	7	6	97.57
W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	526	5	5	98.13
W6 Beifuss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	524	5	7	97.76

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Colo-Rectal Test	positiv	0	0	28	100.00
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	0	68	100.00
Epi Tuub	positiv	1	1	5	71.43
Hexagon OBTI	positiv	1	0	27	96.43
Hemofec	positiv	0	0	2	100.00
Haemoccult	positiv	0	0	2	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	0	0	79	100.00
Total		2	1	211	98.60

Kommentar

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" sein.

U02 Urin Teststreifen/HCG

HCG	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	13	1	1240	98.88

Kommentar

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem Vollblut und HCG hinzugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Total		109	0	100.00

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	100.00
Roche	negativ	7	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	3	0	100.00
Protzek	negativ	3	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	5	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	5	0	100.00
Total		68	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	5	100.00
Roche	positiv	0	8	100.00
Siemens	positiv	0	2	100.00
Clear Test	positiv	0	5	100.00
Intex	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	8	100.00
Nal von Minden	positiv	0	9	100.00
Protzek	positiv	0	5	100.00
SureStep Abbott	positiv	3	12	80.00
Triage TOX	positiv	0	24	100.00
Willi Fox	positiv	0	5	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	9	90.00
Andere quantitativ	positiv	0	12	100.00
Total		4	108	96.43
Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	9	0	100.00
Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	6	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Intex	negativ	8	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Nal von Minden	negativ	12	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	17	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	100.00
Willi Fox	negativ	10	1	90.91
Andere Schnelltests	negativ	15	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	1	91.67
Total		135	2	98.54

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	100.00
Triage TOX	negativ	24	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Total		115	0	100.00
Ecstasy	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
LCMS	negativ	1	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	0	100.00
Total		27	0	100.00
EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	20	0	100.00
Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	3	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Roche	positiv	0	2	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	2	66.67
Total		1	4	80.00

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Roche	negativ	6	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	100.00
Triage TOX	negativ	14	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	9	0	100.00
Total		93	0	100.00

Methamphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Intex	negativ	1	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage TOX	negativ	22	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
andere Methoden	negativ	15	0	100.00
Total		62	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	1	100.00
Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	10	0	100.00
Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	1	90.00
Triage TOX	negativ	24	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Total		108	1	99.08
Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	0	2	100.00
andere Methoden	positiv	0	3	100.00
Total		0	5	100.00

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	1	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00
LCMS	negativ	1	0	100.00
Total		6	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	23	0	100.00
andere Methoden	negativ	24	0	100.00
Total		47	0	100.00

Kommentar

Einem Liter Urin wurden 11.7mg Paracetamol, 1.35mg Methaqualon, 4ug LSD, 0.3mg Flurazepam (= Benzodiazepin) und 0.45mg Clobazam (= Benzodiazepin) beigefügt.