

**Rapport MQ 2025/4 U04 Séđiment urinaire**

08.12.2025 V1.0

		<b>Photo 1</b>	<b>Photo 2</b>	<b>Photo 3</b>	<b>Photo 4</b>	<b>Photo 5</b>
10	Erythrocytes normales	137*	78*	363*	2	0
11	Erythrocytes dysmorphes	265*	104*	38	2	0
12	Acanthocytes	1	121*	4	2	0
20	Leucocytes	3	109	0	392*	0
30	Epithélium pavimenteux	0	0	0	0	3
31	Epithélium (autres que pavimenteux)	0	0	0	0	2
32	Epithélium caudé	0	0	0	0	2
33	Epithélium rond	0	0	2	6	0
34	Epithélium transitionnel	0	0	0	2	0
35	Epithélium rénal	0	0	0	4	0
36	Cellules decoy	1	1	0	2	0
40	Spermatozoïdes	0	0	0	0	0
50	Cylindre hyalin	0	0	0	0	171*
51	Cylindre granuleux	0	0	0	0	0
52	Cylindre cireux	0	0	0	0	17
53	Cylindre érythrocytaire	0	0	0	0	3
54	Cylindre leucocytaire	0	0	0	1	0
55	Cylindre épithélial	0	0	0	0	2
56	Pseudo-cylindre	0	0	0	0	39*
60	Bactéries	1	0	0	0	0
61	Champignons (levure)	4	0	4	0	0
62	Trichomonas	0	0	0	0	0
70	Cristaux et sels	0	0	0	0	0
80	Poils	0	0	0	0	1
81	Mucus	0	0	0	0	167*
82	Impuretés	0	0	0	0	4
83	bulle d'air	1	0	2	0	0
57	Lipides	0	0	0	0	0
99	Inconnu	1	1	0	1	2

**Commentaire**

L'image 1 montre un érythrocyte dysmorphique, l'image 2 un érythrocyte dysmorphique avec des protubérances (acanthocyte) et l'image 3 un érythrocyte normal. Certains participants n'ayant pas su les reconnaître, nous avons également accepté les érythrocytes normaux des images 1 et 2. Pour l'image 5, nous avons accepté le mucus et les cylindres hyalins, même si les critères pour un cylindre (côtés parallèles, extrémités arrondies) ne sont pas remplis.