

**Bericht MQ 2026/1 Qualitative Auswertungen**

31.03.2026 V1.0

**Zusammenfassung**

<b>Probe</b>		<b>Resultate</b>	<b>gut</b>	<b>% gut</b>
H14	HbF-Zellen	26	26	100.00 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5300	5165	97.45 %
S01	Okkultes Blut im Stuhl	217	217	100.00 %
U02	Urin Teststreifen/HCG	1286	1266	98.44 %
U03	Urin Drogen	987	966	97.87 %
<b>Total</b>		<b>7816</b>	<b>7640</b>	<b>97.75 %</b>

**H14 HbF-Zellen**

---

<b>HbF-Zellen</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Flowcytometrie	positiv	0	3	100.00
Kleihauer-Bethke	positiv	0	23	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>100.00</b>

---

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	21	19	500	96.11
<b>E1 Katze</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	518	3	3	98.85
<b>E5 Hund</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/neg	492	20	12	97.71
<b>F1 Eiweiss</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	42	0	0	100.00
<b>F2 Milcheiweiss</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	42	0	0	100.00
<b>G6 Lieschgras</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	27	6	507	95.00
<b>i6 Küchenschabe</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	25	8	463	94.96

<b>m6 Schimmelpilz</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	23	25	449	95.37
<b>T3 Birke</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	522	0	1	99.81
<b>T9 Olive</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	519	2	3	99.05
<b>W21 Glaskraut</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	520	2	2	99.24
<b>W6 Beifuss</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/neg	500	13	11	97.90

**S01 Okkultes Blut im Stuhl**

<b>Blut im Stuhl</b>	<b>Zielwert</b>	<b>negativ</b>	<b>positiv</b>	<b>% Erfüllt</b>
Colo-Rectal Test	negativ	30	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	negativ	67	0	100.00
Epi Tuub	negativ	7	0	100.00
Hexagon OBTI	negativ	27	0	100.00
Haemoccult	negativ	3	0	100.00
andere Methoden Guajak	negativ	2	0	100.00
Hemofec	negativ	1	0	100.00
andere Meth. immunologisch	negativ	80	0	100.00
<b>Total</b>		<b>217</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

**Kommentar**

*Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt kein Blut, alle Tests sollten "negativ" sein*

**U02 Urin Teststreifen/HCG**

<b>HCG</b>	<b>Zielwert</b>	<b>negativ</b>	<b>grenzw.</b>	<b>positiv</b>	<b>% Erfüllt</b>
Schnelltest	negativ	1266	1	19	98.44

**Kommentar**

*Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem Vollblut und Protein hinzugefügt wurde.*

**U03 Urin Drogen**

<b>6-Acetylmorphin</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	0	100.00

<b>Amphetamine</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	0	5	100.00
Roche	positiv	0	0	8	100.00
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Clear Test	positiv	1	0	4	80.00
Intex	positiv	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	1	0	5	83.33
Nal von Minden	positiv	0	0	9	100.00
Protzek	positiv	0	1	5	83.33
SureStep Abbott	positiv	2	0	13	86.67
Triage TOX	positiv	0	0	26	100.00
Willi Fox	positiv	1	0	5	83.33
Andere Schnelltests	positiv	1	0	12	92.31
Andere quantitativ	positiv	1	0	10	90.91
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>93.04</b>

<b>Barbiturate</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	0	100.00
Roche	negativ	7	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	4	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	3	0	0	100.00
Protzek	negativ	3	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativ	2	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	6	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	5	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>98.59</b>

<b>Benzodiazepine</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Intex	negativ	4	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	13	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>99.15</b>

<b>Buprenorphin</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	8	0	0	100.00

<b>Cannabinoide</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	6	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	0	100.00
Intex	negativ	8	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	12	0	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	16	0	1	94.12
Triage TOX	negativ	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativ	12	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	18	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	10	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>139</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>98.58</b>

<b>Cocain</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>99.17</b>

  

<b>Ecstasy, ql</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
LCMS	negativ	1	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

  

<b>EDDP</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	19	0	0	100.00

  

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	4	0	0	100.00

<b>Fentanyl</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
LCMS	positiv	0	0	3	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	0	2	100.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>

  

<b>LSD</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Roche	negativ	1	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	3	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

  

<b>Methadon</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	0	100.00
Roche	negativ	6	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	15	0	1	93.75
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	13	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	9	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>98.98</b>

<b>Methamphetamin, qI</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Intex	positiv	0	0	1	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	23	0	1	95.83
Willi Fox	negativ	1	0	1	50.00
andere Methoden	negativ	15	0	2	88.24
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7.69</b>

  

<b>Methaqualon</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	0	3	100.00

  

<b>Morphin</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	10	0	0	100.00

  

<b>Opiate</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>99.12</b>

<b>Paracetamol</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	2	0	0	100.00
andere Methoden	negativ	3	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Phencyclidin</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	1	0	5	83.33
LCMS	positiv	0	0	3	100.00
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>88.89</b>

<b>TCA, ql</b>	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	23	0	1	95.83
andere Methoden	negativ	25	0	0	100.00
<b>Total</b>		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>97.96</b>

**Kommentar**

*Einem Liter Urin wurden 2.3mg Amphetamin, 30µg Fentanyl, 900µg Methaqualon, 60µg Phencyclidin und 300µl Ethanol beigefügt.*