

Rapporto MQ 2026/1 Risultati qualitativi

31.03.2026 V1.0

Sommario

Campione		Risultati	buono	% buono
H14	Cellule HbF	26	26	100.00 %
I09	Allergologia Immunocap RAPID	5300	5165	97.45 %
S01	Sangue occulto	217	217	100.00 %
U02	Urina strisce test/HCG	1286	1266	98.44 %
U03	Test multidroga su urina	987	966	97.87 %
Totale		7816	7640	97.75 %

H14 Cellule HbF

Cellule HbF	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Citometria di flusso	positivo	0	3	100.00
Kleihauer-Bethke	positivo	0	23	100.00
Totale		0	26	100.00

I09 Allergologia Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/po	21	19	500	96.11
E1 Gatto	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	518	3	3	98.85
E5 Cane	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/ne	492	20	12	97.71
F1 Albume d'uovo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	42	0	0	100.00
F2 Latte	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	42	0	0	100.00
G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/po	27	6	507	95.00
i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/po	25	8	463	94.96

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/po	23	25	449	95.37
T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	522	0	1	99.81
T9 olivo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	519	2	3	99.05
W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	520	2	2	99.24
W6 Artemisia	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/ne	500	13	11	97.90

S01 Sangue occulto

Sangue occulto nelle feci	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Colo-Rectal Test	negativo	30	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	negativo	67	0	100.00
Epi Tuub	negativo	7	0	100.00
Hexagon OBTI	negativo	27	0	100.00
Haemoccult	negativo	3	0	100.00
Altri metodi Guajak	negativo	2	0	100.00
Hemofec	negativo	1	0	100.00
Altri test immunologici	negativo	80	0	100.00
Totale		217	0	100.00

Commento

Il campione di feci simulato non conteneva sangue, tutti i test dovevano risultare "negativi".

U02 Urina strisce test/HCG

HCG	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	1266	1	19	98.44

Commento

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di sangue e proteine.

U03 Test multidroga su urina

6-Acetil morfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	2	0	0	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	0	5	100.00
Roche	positivo	0	0	8	100.00
Siemens	positivo	0	0	2	100.00
Clear Test	positivo	1	0	4	80.00
Intex	positivo	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positivo	1	0	5	83.33
Nal von Minden	positivo	0	0	9	100.00
Protzek	positivo	0	1	5	83.33
SureStep Abbott	positivo	2	0	13	86.67
Triage TOX	positivo	0	0	26	100.00
Willi Fox	positivo	1	0	5	83.33
Altri test rapidi	positivo	1	0	12	92.31
Altri test quantitativi	positivo	1	0	10	90.91
Totale		7	1	107	93.04

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	3	0	0	100.00
Roche	negativo	7	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	4	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	3	0	0	100.00
Protzek	negativo	3	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativo	2	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	6	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	5	0	0	100.00
Totale		70	0	1	98.59

Benzodiazepine	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Intex	negativo	4	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	9	0	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	13	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	11	0	0	100.00
Totale		116	0	1	99.15

Buprenorfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	8	0	0	100.00

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	6	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	6	0	0	100.00
Intex	negativo	8	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	12	0	0	100.00
Protzek	negativo	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	16	0	1	94.12
Triage TOX	negativo	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativo	12	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	18	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	10	0	0	100.00
Totale		139	0	2	98.58

Cocaina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	9	0	0	100.00
Protzek	negativo	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	15	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	12	0	0	100.00
Totale		120	0	1	99.17

Ecstasy, qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
LCMS	negativo	1	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	27	0	0	100.00
Totale		28	0	0	100.00

EDDP	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	19	0	0	100.00

Etilglucuronide qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	4	0	0	100.00

Fentanil	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
LCMS	positivo	0	0	3	100.00
Altri test rapidi	positivo	0	0	2	100.00
Totale		0	0	5	100.00

LSD	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Roche	negativo	1	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	3	0	0	100.00
Totale		4	0	0	100.00

Metadone	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	0	100.00
Roche	negativo	6	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	7	0	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	14	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	15	0	1	93.75
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	13	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	9	0	0	100.00
Totale		97	0	1	98.98

Metanfetamina, qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Intex	positivo	0	0	1	100.00
Nal von Minden	negativo	7	0	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	8	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	23	0	1	95.83
Willi Fox	negativo	1	0	1	50.00
altri metodi	negativo	15	0	2	88.24
Totale		60	0	5	7.69

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	positivo	0	0	3	100.00

Morfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	10	0	0	100.00

Oppiati	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	25	0	1	96.15
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	15	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	12	0	0	100.00
Totale		112	0	1	99.12

Paracetamolo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	2	0	0	100.00
altri metodi	negativo	3	0	0	100.00
Totale		5	0	0	100.00

Fenciclidina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Altri test rapidi	positivo	1	0	5	83.33
LCMS	positivo	0	0	3	100.00
Totale		1	0	8	88.89

TCA, qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	23	0	1	95.83
altri metodi	negativo	25	0	0	100.00
Totale		48	0	1	97.96

Commento

Un litro di urina era stato addizionato di 2.3 mg anfetamine, 30µg fentanyl, 900µg metaqualone, 60µg fenciclidina e 300µl etanolo.