

Bericht MQ 2026/2 Qualitative Auswertungen

22.06.2026 V1.0

Zusammenfassung

Probe		Resultate	gut	% gut
H14	HbF-Zellen	26	25	96.15 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5021	4878	97.15 %
S01	Okkultes Blut im Stuhl	217	213	98.16 %
U02	Urin Teststreifen/HCG	1287	1264	98.21 %
U03	Urin Drogen	986	964	97.77 %
Total		7537	7344	97.44 %

H14 HbF-Zellen

HbF-Zellen	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Flowcytometrie	negativ	3	0	100.00
Kleihauer-Bethke	negativ	22	1	95.65
Total		25	1	96.15

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	42	73	390	91.68
E1 Katze	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	16	2	487	96.44
E5 Hund	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	10	3	492	97.43
F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	44	0	0	100.00
F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	44	0	0	100.00
G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	17	3	485	96.04
i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	452	2	2	99.12

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/pos	31	67	363	93.28
T3 Birke	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	495	2	2	99.20
T9 Olive	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	497	0	2	99.60
W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	496	2	1	99.40
W6 Beifuss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	493	3	3	98.80

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Colo-Rectal Test	positiv	0	0	31	100.00
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	0	68	100.00
Epi Tuub	positiv	2	0	5	71.43
Hexagon OBTI	positiv	0	1	25	96.15
Hemofec	positiv	0	0	2	100.00
Haemoccult	positiv	0	0	3	100.00
andere Methoden Guajak	positiv	0	0	1	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	1	0	78	98.73
Total		3	1	213	98.16

Kommentar

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" sein.

U02 Urin Teststreifen/HCG

HCG	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	22	1	1264	98.21

Kommentar

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem HCG hinzugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	4	1	80.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	100.00
Triage TOX	negativ	27	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	1	92.31
Andere quantitativ	negativ	11	0	100.00
Total		112	2	98.25

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	3	100.00
Roche	positiv	1	6	85.71
Siemens	positiv	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	4	100.00
Nal von Minden	negativ	3	0	100.00
Protzek	Nicht bewertbar	2	1	100.00
SureStep Abbott	positiv	2	8	80.00
Triage TOX	Nicht bewertbar	19	8	100.00
Willi Fox	positiv	0	2	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	5	83.33
Andere quantitativ	positiv	0	4	100.00
Total		28	43	60.56

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	4	1	80.00
Intex	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	100.00
Triage TOX	negativ	27	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	2	84.62
Andere quantitativ	negativ	11	0	100.00
Total		113	3	97.41

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	9	90.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	6	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	5	1	83.33
Intex	negativ	9	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Nal von Minden	negativ	11	1	91.67
Protzek	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	17	0	100.00
Triage TOX	negativ	27	0	100.00
Willi Fox	negativ	10	1	90.91
Andere Schnelltests	negativ	18	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	0	100.00
Total		139	3	97.89

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	5	100.00
Roche	positiv	0	8	100.00
Siemens	positiv	0	2	100.00
Clear Test	positiv	1	4	80.00
Intex	positiv	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	6	100.00
Nal von Minden	positiv	0	9	100.00
Protzek	positiv	1	6	85.71
SureStep Abbott	positiv	0	15	100.00
Triage TOX	positiv	0	27	100.00
Willi Fox	positiv	0	6	100.00
Andere Schnelltests	positiv	2	13	86.67
Andere quantitativ	positiv	0	12	100.00
Total		4	116	96.67

Ecstasy, qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
LCMS	negativ	1	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	0	100.00
Total		28	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	19	0	100.00

Ethylglucuronid qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	4	100.00

Fentanyl	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
LCMS	negativ	3	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	2	0	100.00
Total		5	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Roche	positiv	0	2	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	2	66.67
Total		1	4	80.00

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Roche	negativ	6	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	4	1	80.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
Protzek	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	14	0	100.00
Triage TOX	negativ	17	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	1	92.31
Andere quantitativ	negativ	8	0	100.00
Total		94	2	97.92

Methamphetamin, qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Intex	negativ	1	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage TOX	negativ	25	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
andere Methoden	negativ	16	0	100.00
Total		66	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	10	0	100.00

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Roche	negativ	8	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	3	1	75.00
Intex	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage TOX	negativ	27	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	1	91.67
Total		110	2	98.21

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	0	2	100.00
andere Methoden	positiv	0	3	100.00
Total		0	5	100.00

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	6	0	100.00
LCMS	negativ	3	0	100.00
Total		9	0	100.00

TCA, qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	25	0	100.00
andere Methoden	negativ	24	0	100.00
Total		49	0	100.00

Kommentar

Einem Liter Urin wurden 11.13 mg Paracetamol, 15 µg Buprenorphin, 450 µg Cocain, 400 µg Benzoylcegonin (Cocain), 2 µg LSD, 500 µg Pentobarbital (Barbiturat) und 300 µg Thiopental (Barbiturat) beigefügt. Die Tests bei denen die Konzentration der Barbiturate grenzwertig sein kann, wurden nicht bewertet.