

Rapporto MQ 2026/2 Risultati qualitativi
22.06.2026 V1.0

Sommario

Campione		Risultati	buono	% buono
H14	Cellule HbF	26	25	96.15 %
I09	Allergologia Immunocap RAPID	5021	4878	97.15 %
S01	Sangue occulto	217	213	98.16 %
U02	Urina strisce test/HCG	1287	1264	98.21 %
U03	Test multidroga su urina	986	964	97.77 %
Totale		7537	7344	97.44 %

H14 Cellule HbF

Cellule HbF	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Citometria di flusso	negativo	3	0	100.00
Kleihauer-Bethke	negativo	22	1	95.65
Totale		25	1	96.15

I09 Allergologia Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/po	42	73	390	91.68

E1 Gatto	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	16	2	487	96.44

E5 Cane	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	10	3	492	97.43

F1 Albume d'uovo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	44	0	0	100.00

F2 Latte	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	44	0	0	100.00

G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	17	3	485	96.04

i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	452	2	2	99.12

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/po	31	67	363	93.28
T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	495	2	2	99.20
T9 olivo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	497	0	2	99.60
W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	496	2	1	99.40
W6 Artemisia	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	493	3	3	98.80

S01 Sangue occulto

Sangue occulto nelle feci	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Colo-Rectal Test	positivo	0	0	31	100.00
I-Colo-Rectal Test	positivo	0	0	68	100.00
Epi Tuub	positivo	2	0	5	71.43
Hexagon OBTI	positivo	0	1	25	96.15
Hemofec	positivo	0	0	2	100.00
Haemoccult	positivo	0	0	3	100.00
Altri metodi Guajak	positivo	0	0	1	100.00
Altri test immunologici	positivo	1	0	78	98.73
Totale		3	1	213	98.16

Commento

Il campione di feci simulato conteneva sangue, tutti i test dovevano risultare "positivi".

U02 Urina strisce test/HCG

HCG	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	22	1	1264	98.21

Commento

L'urina proveniente da donatori sani era stata addizionata di HCG.

U03 Test multidroga su urina

6-Acetil morfina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	2	0	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	100.00
Roche	negativo	8	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	100.00
Clear Test	negativo	4	1	80.00
Intex	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	4	0	100.00
Nal von Minden	negativo	9	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	15	0	100.00
Triage TOX	negativo	27	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	12	1	92.31
Altri test quantitativi	negativo	11	0	100.00
Totale		112	2	98.25

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	3	100.00
Roche	positivo	1	6	85.71
Siemens	positivo	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	4	100.00
Nal von Minden	negativo	3	0	100.00
Protzek	non valutabile	2	1	100.00
SureStep Abbott	positivo	2	8	80.00
Triage TOX	non valutabile	19	8	100.00
Willi Fox	positivo	0	2	100.00
Altri test rapidi	positivo	1	5	83.33
Altri test quantitativi	positivo	0	4	100.00
Totale		28	43	60.56

Benzodiazepine	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	100.00
Roche	negativo	8	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	100.00
Clear Test	negativo	4	1	80.00
Intex	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	6	0	100.00
Nal von Minden	negativo	9	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	15	0	100.00
Triage TOX	negativo	27	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	11	2	84.62
Altri test quantitativi	negativo	11	0	100.00
Totale		113	3	97.41

Buprenorfina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	positivo	1	9	90.00

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	6	0	100.00
Roche	negativo	8	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	100.00
Clear Test	negativo	5	1	83.33
Intex	negativo	9	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Nal von Minden	negativo	11	1	91.67
Protzek	negativo	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	17	0	100.00
Triage TOX	negativo	27	0	100.00
Willi Fox	negativo	10	1	90.91
Altri test rapidi	negativo	18	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	11	0	100.00
Totale		139	3	97.89

Cocaina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	5	100.00
Roche	positivo	0	8	100.00
Siemens	positivo	0	2	100.00
Clear Test	positivo	1	4	80.00
Intex	positivo	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	6	100.00
Nal von Minden	positivo	0	9	100.00
Protzek	positivo	1	6	85.71
SureStep Abbott	positivo	0	15	100.00
Triage TOX	positivo	0	27	100.00
Willi Fox	positivo	0	6	100.00
Altri test rapidi	positivo	2	13	86.67
Altri test quantitativi	positivo	0	12	100.00
Totale		4	116	96.67

Ecstasy, qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
LCMS	negativo	1	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	27	0	100.00
Totale		28	0	100.00

EDDP	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	19	0	100.00

Etilglucuronide qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	0	4	100.00

Fentanil	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
LCMS	negativo	3	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	2	0	100.00
Totale		5	0	100.00

LSD	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Roche	positivo	0	2	100.00
Altri test quantitativi	positivo	1	2	66.67
Totale		1	4	80.00

Metadone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	100.00
Roche	negativo	6	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	100.00
Clear Test	negativo	4	1	80.00
Intex	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	6	0	100.00
Nal von Minden	negativo	7	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	14	0	100.00
Triage TOX	negativo	17	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	12	1	92.31
Altri test quantitativi	negativo	8	0	100.00
Totale		94	2	97.92

Metanfetamina, qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Intex	negativo	1	0	100.00
Nal von Minden	negativo	7	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	0	100.00
Triage TOX	negativo	25	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	100.00
altri metodi	negativo	16	0	100.00
Totale		66	0	100.00

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	3	0	100.00

Morfina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	10	0	100.00

Oppiati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	100.00
Roche	negativo	8	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	100.00
Clear Test	negativo	3	1	75.00
Intex	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	6	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	100.00
Triage TOX	negativo	27	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	15	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	11	1	91.67
Totale		110	2	98.21

Paracetamolo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage TOX	positivo	0	2	100.00
altri metodi	positivo	0	3	100.00
Totale		0	5	100.00

Fenciclidina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Altri test rapidi	negativo	6	0	100.00
LCMS	negativo	3	0	100.00
Totale		9	0	100.00

TCA, qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	25	0	100.00
altri metodi	negativo	24	0	100.00
Totale		49	0	100.00

Commento

Un litro di urina era stato addizionato di 11.13mg paracetamolo, 15 µg buprenorfina, 450 µg cocaina, 400 µg benzoilecgonina (cocaina), 2 µg LSD, 500 µg pentobarbitale (barbiturici) e 300 µg tiopentale (barbiturici). I test in cui la concentrazione dei barbiturici può risultare al limite non sono stati valutati.