Rapport MQ 2026/3 Microbiologie: Tests d'anticorps et d'antigènes

28.09.2026 V1.0

Résumé

Echantillon		Résultats	bien	% bien
B01	Strep A antigène	1262	1236	97.94 %
B04	Rubéole / Oreillons IgG/IgM	86	84	97.67 %
B05	Toxoplasmose IgG/IgM	48	48	100.00 %
B06	Sérologie de la lues / syphilis	92	92	100.00 %
B07	Cytomégalovirus IgG/IgM	76	75	98.68 %
B08	Varicelle / HSV1/2 IgG/IgM	121	121	100.00 %
B20	Virus d'Epstein-Barr IgG/IgM	163	162	99.39 %
B21	Legionella antigène urine	73	73	100.00 %
B22	S. pneumoniae antigène urine	61	61	100.00 %
B24	RSV/Influenza antigène	39	38	97.44 %
B27	Helicobacter Pylori antigène	66	63	95.45 %
B30	Rota-/Adeno-/Norovirus Ag	79	76	96.20 %
B32	SARS-CoV-2 IgG/IgM	8	8	100.00 %
B33	SARS-CoV-2 Ag	20	20	100.00 %
B34	FSME IgG/IgM	12	12	100.00 %
B35	Rougeole/parvovirus IgG/IgM	58	58	100.00 %
B37	C. Diff Ag (GDH, Toxine A/B)	86	86	100.00 %
B38	H. pylori test à l'uréase	6	6	100.00 %
B39	Mycobactéries, microscopie	49	49	100.00 %
B42	HIV, Hépatites B/C, sérologie	649	648	99.85 %
B43	Hépatites A IgG / IgM	67	67	100.00 %
B44	Hépatites E IgG / IgM	22	22	100.00 %
B45	Sérologie Borrelia	14	14	100.00 %
H11	Malaria test rapide / NAT	104	103	99.04 %
V01	VIH test rapide	24	23	95.83 %
Total		**3285**	**3245**	**98.78 %**

B01 Strep A antigène

Strep A	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	positif	22	4	1236	97.94

B04 Rubéole / Oreillons IgG/IgM

Oreillons IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	12	0	100.00

Oreillons IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	0	100.00

Rubéole IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	35	2	94.59

Rubéole IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	29	0	100.00

B05 Toxoplasmose IgG/IgM

Toxo IgG avidité interprétation	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

Toxoplasma IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Roche	positif	0	11	100.00
Autres méthodes	positif	0	9	100.00
Total		**0**	**24**	**100.00**

Toxoplasma IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Roche	négatif	11	0	100.00
Autres méthodes	négatif	8	0	100.00
Total		**23**	**0**	**100.00**

B06 Sérologie de la lues / syphilis

Treponema TPHA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	9	0	100.00

Treponema Dépistage (Ig totale)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	28	0	100.00

Treponema IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
EIA	négatif	9	0	100.00
Immunoblot	négatif	2	0	100.00
Total		**11**	**0**	**100.00**

Treponema IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
EIA	négatif	5	0	100.00
Immunoblot	négatif	4	0	100.00
Total		**9**	**0**	**100.00**

RPR / VDRL	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	20	0	100.00

Lues TPPA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	0	100.00

B07 Cytomégalovirus IgG/IgM

CMV igG avidité interprétation	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	0	2	100.00

Cytomégalie IgG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	0	6	100.00
Roche	positif	0	0	17	100.00
Autres méthodes	positif	0	0	16	100.00
Total		**0**	**0**	**39**	**100.00**

Cytomégalovirus IgM	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	0	5	100.00
Roche	Valeur limite/po	1	5	10	93.75
Autres méthodes	positif	0	0	14	100.00
Total		**1**	**5**	**29**	**82.86**

B08 Varicelle / HSV1/2 IgG/IgM

HSV 1/2 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	0	100.00

HSV1 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	19	0	100.00

HSV1/2 IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	non évaluable	8	13	100.00

HSV2 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	19	0	100.00

Varicelle IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	34	100.00

Varicelle IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	23	0	100.00

Commentaire

Un échantillon positif aux IgM anti-HSV a été utilisé. La valeur se situant à proximité du seuil de détection et toutes les méthodes n'ayant pas détecté les IgM, le résultat n'a pas été pris en compte.

B20 Virus d'Epstein-Barr IgG/IgM

EBV EBNA-1 IgG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Roche	positif	0	0	9	100.00
Abbott	positif	0	0	3	100.00
VIDAS	positif	0	0	4	100.00
Liaison	positif	0	0	8	100.00
Autres méthodes	positif	0	0	7	100.00
Total		**0**	**0**	**31**	**100.00**

EBV anticorps hétérophiles	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	68	1	0	98.55

EBV VCA-IgG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Roche	positif	0	0	10	100.00
Abbott	positif	0	0	3	100.00
VIDAS	positif	0	0	4	100.00
Liaison	positif	0	0	8	100.00
Autres méthodes	positif	0	0	7	100.00
Total		**0**	**0**	**32**	**100.00**

EBV VCA-IgM	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Roche	négatif	9	0	0	100.00
Abbott	négatif	3	0	0	100.00
VIDAS	négatif	4	0	0	100.00
Liaison	négatif	8	0	0	100.00
Autres méthodes	négatif	7	0	0	100.00
Total		**31**	**0**	**0**	**100.00**

B21 Legionella antigène urine

Legionella antigène urine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Quidel Sofia	positif	0	15	100.00
BinaxNOW	positif	0	34	100.00
Autres méthodes	positif	0	24	100.00
Total		**0**	**73**	**100.00**

B22 S. pneumoniae antigène urine

S. pneumoniae antigène urine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Quidel Sofia	positif	0	12	100.00
BinaxNOW	positif	0	25	100.00
Autres méthodes	positif	0	24	100.00
Total		**0**	**61**	**100.00**

B24 RSV/Influenza antigène

Influenza A Antigène	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	0	5	100.00

Influenza B Antigène	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	0	0	100.00

Influenza Ag	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Quidel Sofia	positif	0	0	2	100.00
Autres méthodes	positif	0	1	8	88.89
Total		**0**	**1**	**10**	**90.91**

RSV Antigène	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
BinaxNOW	négatif	1	0	0	100.00
Autres méthodes	négatif	17	0	0	100.00
Total		**18**	**0**	**0**	**100.00**

B27 Helicobacter Pylori antigène

Helicobacter pylori antigène	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
CerTest Biotec	positif	0	13	100.00
Liaison	positif	0	14	100.00
Meridian STAT! HpSA	positif	1	4	80.00
Oxoid RAPID Hp StAR	positif	0	4	100.00
Ridascreen	positif	0	7	100.00
SD-Biosensor	positif	1	6	85.71
Test rapide	positif	1	15	93.75
Total		**3**	**63**	**95.45**

B30 Rota-/Adeno-/Norovirus Ag

Adenovirus Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
CerTest Biotec	négatif	8	0	100.00
r-biopharm	négatif	5	0	100.00
SD-Biosensor	négatif	6	0	100.00
Autres méthodes	négatif	16	0	100.00
Total		**35**	**0**	**100.00**

Norovirus Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	2	9	81.82

Rotavirus Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
CerTest Biotec	négatif	8	1	88.89
r-biopharm	négatif	5	0	100.00
SD-Biosensor	négatif	6	0	100.00
Autres méthodes	négatif	13	0	100.00
Total		**32**	**1**	**96.97**

B32 SARS-CoV-2 IgG/IgM

SARS-CoV-2 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

SARS-CoV-2 IgG NCP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	1	100.00
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00
Total		**0**	**2**	**100.00**

SARS-CoV-2 IgG Spike 1	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	4	100.00

SARS-CoV-2 IgG Spike 2 Ak	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

B33 SARS-CoV-2 Ag

SARS-CoV-2 antigène	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	5	100.00
Autres méthodes	positif	0	15	100.00
Total		**0**	**20**	**100.00**

B34 FSME IgG/IgM

FSME IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	6	100.00

FSME IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

B35 Rougeole/parvovirus IgG/IgM

Masern IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Vidas	positif	0	5	100.00
toutes les méthodes	positif	0	13	100.00
Total		**0**	**18**	**100.00**

Masern IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	100.00

Parvovirus B19 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	0	100.00

Parvovirus B19 IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00

B37 C. Diff Ag (GDH, Toxine A/B)

C. Diff GDH	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ridascreen	positif	0	9	100.00
Techlab C.Diff Quick Chek	positif	0	13	100.00
Autres méthodes	positif	0	18	100.00
Total		**0**	**40**	**100.00**

C. Diff Toxin A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	0	100.00

C. Diff Toxin B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	8	100.00

C. Diff Tox A/B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ridascreen	positif	0	9	100.00
Techlab C.Diff Quick Chek	positif	0	12	100.00
Autres méthodes	positif	0	9	100.00
Total		**0**	**30**	**100.00**

B38 H. pylori test à l'uréase

H. pylori Urease-Test	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	6	100.00

B39 Mycobactéries, microscopie

Bacilles acido-alcoolo-résistants A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ziehl-Neelsen	négatif	20	0	100.00
Auramin-Rhodamin	négatif	4	0	100.00
Total		**24**	**0**	**100.00**

Bacilles acido-alcoolo-résistants B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ziehl-Neelsen	positif	0	21	100.00
Auramin-Rhodamin	positif	0	4	100.00
Total		**0**	**25**	**100.00**

B42 HIV, Hépatites B/C, sérologie

HBs Ag échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	10	1	90.91
Roche	négatif	31	0	100.00
Autres méthodes	négatif	16	0	100.00
Total		**57**	**1**	**98.28**

Anti-HBs Ig totaux échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	7	0	100.00
Roche	négatif	26	0	100.00
Autres méthodes	négatif	10	0	100.00
Total		**43**	**0**	**100.00**

Anti-HBc Ig totaux échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	8	0	100.00
Roche	négatif	30	0	100.00
Autres méthodes	négatif	9	0	100.00
Total		**47**	**0**	**100.00**

Anti-HBc IgM échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	9	0	100.00
Autres méthodes	négatif	4	0	100.00
Total		**18**	**0**	**100.00**

HBe Ag échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Roche	négatif	7	0	100.00
Autres méthodes	négatif	5	0	100.00
Total		**18**	**0**	**100.00**

Anti-HBe Ig totale échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	7	0	100.00
Autres méthodes	négatif	5	0	100.00
Total		**17**	**0**	**100.00**

Anti-HCV Ig totaux échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	11	100.00
Roche	positif	0	29	100.00
Autres méthodes	positif	0	18	100.00
Total		**0**	**58**	**100.00**

HIV 1/2 Combo échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	10	0	100.00
Roche	négatif	38	0	100.00
Autres méthodes	négatif	16	0	100.00
Total		**64**	**0**	**100.00**

HBs Ag échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	11	100.00
Roche	positif	0	31	100.00
Autres méthodes	positif	0	16	100.00
Total		**0**	**58**	**100.00**

Anti-HBs Ig totaux échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	7	0	100.00
Roche	négatif	27	0	100.00
Autres méthodes	négatif	10	0	100.00
Total		**44**	**0**	**100.00**

Anti-HBc Ig totaux échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	8	100.00
Roche	positif	0	30	100.00
Autres méthodes	positif	0	9	100.00
Total		**0**	**47**	**100.00**

Anti-HBc IgM échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	10	0	100.00
Autres méthodes	négatif	3	0	100.00
Total		**18**	**0**	**100.00**

HBe Ag échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Roche	négatif	7	0	100.00
Autres méthodes	négatif	5	0	100.00
Total		**18**	**0**	**100.00**

Anti-HBe Ig totale échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Roche	positif	0	7	100.00
Autres méthodes	positif	0	5	100.00
Total		**0**	**17**	**100.00**

Anti-HCV Ig totaux échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	11	0	100.00
Roche	négatif	29	0	100.00
Autres méthodes	négatif	18	0	100.00
Total		**58**	**0**	**100.00**

HIV 1/2 Combo échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	10	0	100.00
Roche	négatif	38	0	100.00
Autres méthodes	négatif	18	0	100.00
Total		**66**	**0**	**100.00**

B43 Hépatites A IgG / IgM

Anti-HAV Ig	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	18	100.00
Autres méthodes	positif	0	9	100.00
Total		**0**	**27**	**100.00**

Anti-HAV IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	7	100.00
toutes les méthodes	positif	0	2	100.00
Total		**0**	**9**	**100.00**

Anti-HAV IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	7	0	100.00
Roche	négatif	16	0	100.00
Autres méthodes	négatif	8	0	100.00
Total		**31**	**0**	**100.00**

B44 Hépatites E IgG / IgM

Anti-HEV IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	100.00

Anti-HEV IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	100.00

B45 Sérologie Borrelia

Borrelia burgdorferi IgG Screening	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

Borrelia burgdorferi IgM Screening	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

Borrelia burgdorferi IgG Blot	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

Borrelia burgdorferi IgM Blot	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

H11 Malaria test rapide / NAT

Malaria	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Paramax	positif	0	8	100.00
BinaxNOW	positif	1	43	97.73
SD-Biosensor	positif	0	33	100.00
NAT Amp.	positif	0	11	100.00
Autres méthodes	positif	0	6	100.00
Total		**1**	**101**	**99.02**

Plasmodium spp.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	1	100.00

Plasmodium falciparum	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	1	100.00

Commentaire

L'échantillon contenait *P. falciparum.* Le résultat était positif.

V01 VIH test rapide

VIH test rapide	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Determine HIV 1/2	positif	1	20	95.24
Autres méthodes	positif	0	3	100.00
Total		**1**	**23**	**95.83**