Rapport MQ 2026/3 Microbiologie: Diagnostics moléculaires

28.09.2026 V1.0

Résumé

Echantillon		Résultats	bien	% bien
B11	Chlamydia trachomatis/Nesseria gonorrhoeae	121	118	97.52 %
B12	Staphylococcus aureus, MRSA	35	35	100.00 %
B13	Clostridium difficile	88	85	96.59 %
B14	Streptococcus group B	45	45	100.00 %
B15	Norovirus	70	69	98.57 %
B16	Influenzavirus/RSV	149	149	100.00 %
B17	Mycobacterium tuberculosis	32	32	100.00 %
B18	Gastrointestinal Panel NAT	1476	1476	100.00 %
B19	Respiratory Panel NAT	1272	1262	99.21 %
B23	Meningitis Panel NAT	827	827	100.00 %
B25	Carba-R	34	34	100.00 %
B26	Enterovirus	6	6	100.00 %
B29	VanA/VanB	32	32	100.00 %
B31	SARS-CoV-2	52	51	98.08 %
B36	SARS-CoV2+Flu+RSV	239	238	99.58 %
V07	HIV-1 WB NAT	4	4	100.00 %
Total		**4482**	**4463**	**99.58 %**

B11 Chlamydia trachomatis/Nesseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis (CT)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	34	0	100.00
Autres méthodes	négatif	26	0	100.00
Total		**60**	**0**	**100.00**

Neisseria gonorrhoeae (NG)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	34	100.00
Autres méthodes	positif	3	24	88.89
Total		**3**	**58**	**95.08**

B12 Staphylococcus aureus, MRSA

MRSA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	33	0	100.00

Staphylococcus aureus (SA)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	2	100.00

B13 Clostridium difficile

Clostridium difficile	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	1	0	30	96.77
Autres méthodes	positif	0	0	1	100.00
Total		**1**	**0**	**31**	**96.88**

Binary Toxin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	1	0	27	96.43

ribotype 027	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
GeneXpert	Valeur limite/po	1	2	25	96.43

B14 Streptococcus group B

Streptococcus du groupe B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	45	100.00

B15 Norovirus

Norovirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	1	67	98.53
Autres méthodes	positif	0	2	100.00
Total		**1**	**69**	**98.57**

B16 Influenzavirus/RSV

RSV	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	38	0	100.00
cobas Liat	négatif	4	0	100.00
Autres méthodes	négatif	5	0	100.00
Total		**47**	**0**	**100.00**

Influenza A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	38	0	100.00
cobas Liat	négatif	5	0	100.00
Abbott ID NOW	négatif	3	0	100.00
Autres méthodes	négatif	5	0	100.00
Total		**51**	**0**	**100.00**

Influenza B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	38	0	100.00
cobas Liat	négatif	5	0	100.00
Abbott ID NOW	négatif	3	0	100.00
Autres méthodes	négatif	5	0	100.00
Total		**51**	**0**	**100.00**

B17 Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	23	0	100.00

Résistance à la rifampicine (RIF)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	9	0	100.00

B18 Gastrointestinal Panel NAT

Adenovirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	10	0	100.00

Adenovirus F40/41	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	35	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Total		**51**	**0**	**100.00**

Aeromonas	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	11	0	100.00

Astrovirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	35	100.00
QIAstat-DX	positif	0	16	100.00
Seegene	positif	0	10	100.00
Total		**0**	**61**	**100.00**

Blastocystis hominis	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	15	0	100.00

Campylobacter	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	33	100.00
QIAstat-DX	positif	0	17	100.00
Seegene	positif	0	17	100.00
BD MAX	positif	0	7	100.00
Total		**0**	**74**	**100.00**

Clostridium difficile	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	34	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	12	0	100.00
Total		**63**	**0**	**100.00**

Cryptosporidium	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	35	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	16	0	100.00
Total		**67**	**0**	**100.00**

Cyclospora cayetanensis	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Seegene	négatif	16	0	100.00
Total		**64**	**0**	**100.00**

Dientamoeba fragilis	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	15	0	100.00

E. coli (EAEC)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	15	0	100.00
Total		**64**	**0**	**100.00**

E. coli (EIEC) / Shigella	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	17	0	100.00
BD MAX	négatif	7	0	100.00
Total		**74**	**0**	**100.00**

E. coli (EPEC)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	15	0	100.00
Total		**64**	**0**	**100.00**

E. coli (ETEC)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	14	0	100.00
BD MAX	négatif	5	0	100.00
Total		**68**	**0**	**100.00**

E. coli (STEC)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	15	0	100.00
BD MAX	négatif	7	0	100.00
Total		**72**	**0**	**100.00**

E. coli O157	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	24	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	11	0	100.00
Seegene	négatif	14	0	100.00
Total		**49**	**0**	**100.00**

Entamoeba histolytica	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	34	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	16	0	100.00
Total		**66**	**0**	**100.00**

Giardia lamblia	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	35	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	16	0	100.00
Total		**67**	**0**	**100.00**

Norovirus GI/GII	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	36	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Total		**53**	**0**	**100.00**

Norovirus GI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	8	0	100.00

Norovirus GII	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	8	0	100.00

Plesiomonas shigelloides	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	34	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
BD MAX	négatif	4	0	100.00
Total		**54**	**0**	**100.00**

Rotavirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	9	0	100.00

Rotavirus A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	36	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Total		**53**	**0**	**100.00**

Salmonella	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	33	100.00
QIAstat-DX	positif	0	17	100.00
Seegene	positif	0	17	100.00
BD MAX	positif	0	7	100.00
Total		**0**	**74**	**100.00**

Sapovirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	35	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Seegene	négatif	9	0	100.00
Total		**60**	**0**	**100.00**

Vibrio	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	32	0	100.00
Seegene	négatif	13	0	100.00
BD MAX	négatif	4	0	100.00
Total		**49**	**0**	**100.00**

Vibrio cholerae	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00
Total		**49**	**0**	**100.00**

Vibrio parahaemolyticus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00

Vibrio vulnificus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00

Yersinia enterocolitica	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	16	0	100.00
BD MAX	négatif	4	0	100.00
Total		**70**	**0**	**100.00**

Commentaire

L’échantillon contenait les germes suivants: *Astrovirus, S. enterica typhimurium* et *C. coli*

B19 Respiratory Panel NAT

Adenovirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	42	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	7	0	0	100.00
Total		**66**	**0**	**0**	**100.00**

Bocavirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
QIAstat-DX	négatif	16	0	0	100.00

Bordetella parapertussis	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	40	0	0	100.00
Seegene	négatif	10	0	0	100.00
Total		**50**	**0**	**0**	**100.00**

Bordetella pertussis	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	38	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	11	0	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	négatif	2	0	0	100.00
Total		**68**	**0**	**0**	**100.00**

Bordetella holmesii	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	0	100.00

Chlamydophila pneumoniae	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	2	0	41	95.35
QIAstat-DX	positif	1	0	15	93.75
Seegene	positif	0	0	12	100.00
Total		**3**	**0**	**68**	**95.77**

Coronavirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	9	0	0	100.00

Coronavirus 229E	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	0	100.00
Total		**51**	**0**	**0**	**100.00**

Coronavirus HKU1	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Total		**50**	**0**	**0**	**100.00**

Coronavirus NL63	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	0	100.00
Total		**51**	**0**	**0**	**100.00**

Coronavirus OC43	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	2	0	0	100.00
Total		**52**	**0**	**0**	**100.00**

Enterovirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Seegene	négatif	3	0	0	100.00

Haemophilus influenzae	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Seegene	négatif	9	0	0	100.00

Influenza A	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	42	0	1	97.67
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	8	0	0	100.00
Total		**67**	**0**	**1**	**98.53**

Influenza B	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	1	0	42	97.67
QIAstat-DX	positif	0	1	16	94.12
Seegene	positif	0	0	8	100.00
Total		**1**	**1**	**66**	**97.06**

Legionella pneumophilia	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
QIAstat-DX	négatif	16	0	0	100.00
Seegene	négatif	11	0	0	100.00
Autres méthodes	négatif	3	0	0	100.00
Total		**30**	**0**	**0**	**100.00**

MERS-CoV	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	36	0	0	100.00

Metapneumovirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	42	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	8	0	0	100.00
Total		**67**	**0**	**0**	**100.00**

Mycoplasma pneumoniae	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	42	0	1	97.67
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	12	0	0	100.00
Total		**71**	**0**	**1**	**98.61**

Parainfluenza	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	8	0	0	100.00
Seegene	négatif	7	0	0	100.00
Total		**15**	**0**	**0**	**100.00**

Parainfluenza Virus 1	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	34	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	0	100.00
Total		**54**	**0**	**0**	**100.00**

Parainfluenza Virus 2	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	35	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	2	0	0	100.00
Total		**54**	**0**	**0**	**100.00**

Parainfluenza Virus 3	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	34	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	0	100.00
Total		**54**	**0**	**0**	**100.00**

Parainfluenza Virus 4	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	34	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	0	100.00
Total		**54**	**0**	**0**	**100.00**

Rhinovirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Seegene	négatif	4	0	0	100.00

Rhinovirus/Enterovirus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	42	0	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	4	0	0	100.00
Total		**63**	**0**	**0**	**100.00**

Respiratory Syncytial Virus	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	1	0	42	97.67
QIAstat-DX	positif	0	0	17	100.00
Seegene	positif	1	0	6	85.71
Total		**2**	**0**	**65**	**97.01**

SARS-Cov-2	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	37	0	1	97.37
QIAstat-DX	négatif	17	0	0	100.00
Seegene	négatif	6	0	0	100.00
Total		**60**	**0**	**1**	**98.36**

Streptococcus pneumoniae	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Seegene	négatif	8	0	0	100.00

Commentaire

L'échantillon contenait les germes suivants: *Influenza B, C. pneumoniae* et *RSV A*

B23 Meningitis Panel NAT

Cryptococcus neoformans/gattii	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	37	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Total		**52**	**0**	**100.00**

Cytomegalievirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	40	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	4	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	100.00
Total		**47**	**0**	**100.00**

Enterovirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	38	100.00
QIAstat-DX	positif	0	16	100.00
Seegene	positif	0	1	100.00
Total		**0**	**55**	**100.00**

Epstein-Barr Virus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	1	0	100.00

Escherichia coli K1	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	39	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	100.00
Total		**55**	**0**	**100.00**

Streptocoques du groupe B (SGB)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	positif	0	1	100.00

Haemophilus influenzae	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	40	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	100.00
Total		**56**	**0**	**100.00**

Herpes-simplex-Virus 1	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	39	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	négatif	4	0	100.00
autres méthodes NAT	négatif	4	0	100.00
Total		**67**	**0**	**100.00**

Herpes-simplex-Virus 2	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	39	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	négatif	4	0	100.00
autres méthodes NAT	négatif	5	0	100.00
Total		**68**	**0**	**100.00**

Herpèsvirus humain type 6 (HHV-6)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	38	100.00
QIAstat-DX	positif	0	16	100.00
Seegene	positif	0	2	100.00
Total		**0**	**56**	**100.00**

Human herpes virus 7	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Seegene	négatif	1	0	100.00

Listeria monocytogenes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	39	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	100.00
Total		**55**	**0**	**100.00**

Mycoplasma pneumoniae	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00

Neisseria meningitidis	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	40	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	100.00
Total		**56**	**0**	**100.00**

Parechovirus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	37	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	13	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	100.00
Total		**51**	**0**	**100.00**

Streptococcus agalactiae	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	positif	0	39	100.00
QIAstat-DX	positif	0	15	100.00
Total		**0**	**54**	**100.00**

Streptococcus pneumoniae	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	40	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	15	0	100.00
Seegene	négatif	1	0	100.00
Total		**56**	**0**	**100.00**

Streptococcus pyogenes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
QIAstat-DX	négatif	16	0	100.00

Varizella-Zoster-Virus	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Biofire/Filmarray	négatif	39	0	100.00
QIAstat-DX	négatif	17	0	100.00
Seegene	négatif	3	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	négatif	3	0	100.00
autres méthodes NAT	négatif	3	0	100.00
Total		**65**	**0**	**100.00**

Commentaire

L’échantillon contenait les germes suivants: *S. agalactiae, Echovirus Type 11* et *HHV6*

B25 Carba-R

Carba-R (IMP1)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	6	0	100.00

Carba-R (KPC)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	7	100.00

Carba-R (NDM)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	7	0	100.00

Carba-R (OXA48)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	7	0	100.00

Carba-R (VIM)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	7	0	100.00

B26 Enterovirus

Enterovirus (NAT)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	2	100.00
Autres méthodes	positif	0	4	100.00
Total		**0**	**6**	**100.00**

B29 VanA/VanB

VRE Van A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	négatif	16	0	100.00

VRE Van B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	16	100.00

B31 SARS-CoV-2

SARS-CoV-2	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
GeneXpert	positif	0	39	100.00
cobas Liat	positif	0	4	100.00
MDX liaison DiaSorin	positif	0	6	100.00
Autres méthodes	positif	1	2	66.67
Total		**1**	**51**	**98.08**

B36 SARS-CoV2+Flu+RSV

Influenza A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
cobas Liat	négatif	8	0	100.00
GeneXpert	négatif	51	0	100.00
Autres méthodes	négatif	1	0	100.00
Total		**60**	**0**	**100.00**

Influenza B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
cobas Liat	négatif	8	0	100.00
GeneXpert	négatif	50	0	100.00
Autres méthodes	négatif	2	0	100.00
Total		**60**	**0**	**100.00**

RSV	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
cobas Liat	négatif	6	0	100.00
GeneXpert	négatif	50	0	100.00
Autres méthodes	négatif	2	0	100.00
Total		**58**	**0**	**100.00**

SARS CoV-2	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
cobas Liat	positif	0	7	100.00
GeneXpert	positif	0	53	100.00
Autres méthodes	positif	1	0	0.00
Total		**1**	**60**	**98.36**

V07 HIV-1 WB NAT

HIV-1 WB NAT	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres méthodes	positif	0	4	100.00