Rapport MQ 2026/3 Résultats qualitatifs

28.09.2026 V1.0

Résumé

Echantillon		Résultats	bien	% bien
H14	HbF-Cellules	26	26	100.00 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	4994	4843	96.98 %
S01	Sang occulte dans les selles	210	192	91.43 %
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1279	1261	98.59 %
U03	Urine drogues d'abus	1019	995	97.64 %
Total		**7528**	**7317**	**97.20 %**

H14 HbF-Cellules

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
cytométrie en flux	négatif	3	0	100.00
Kleihauer-Bethke	négatif	23	0	100.00
Total		**26**	**0**	**100.00**

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	193	139	168	100.00

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	498	0	2	99.60

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	498	0	1	99.80

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	45	0	0	100.00

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	44	1	0	97.78

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	496	2	0	99.60

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/ne	265	90	99	78.19

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	16	5	438	95.42

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	498	0	2	99.60

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	498	0	0	100.00

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	495	3	0	99.40

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	478	4	16	95.98

Commentaire

La concentration de l'allergène D1 Derm. pteronyssi était très proche du seuil de détection. Nous n'avons donc pas évalué cet allergène.

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test Colo-Rectal	positif	1	0	29	96.67
I-Colo-Rectal Test	positif	2	1	67	95.71
Epi Tuub	positif	3	0	3	50.00
Hexagon OBTI	positif	3	0	21	87.50
Test Hémoccult	positif	1	0	2	66.67
Autres Guajak	positif	0	0	1	100.00
Hemofec	positif	0	0	1	100.00
Autres immuno	positif	7	0	68	90.67
Total		**17**	**1**	**192**	**91.43**

Commentaire

Notre échantillon de selles simulé contenait du sang humain et était censé être positif. En raison d'un problème d'homogénéité, les résultats quantitatifs insuffisants n'ont pas été évalués.

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	18	1261	98.59

Commentaire

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle a été ajouté des nitrites, du glucose et du hCG

U03 Urine drogues d'abus

MDMA	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
LCMS	positif	0	0	4	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	positif	2	0	4	66.67
Roche	positif	0	0	8	100.00
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Intex	négatif	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	28	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	13	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	0	1	88.89
Total		**103**	**0**	**13**	**11.21**

Barbituriques	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	3	0	0	100.00
Roche	négatif	7	0	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	5	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	4	0	0	100.00
Protzek	négatif	3	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	28	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	6	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	4	0	0	100.00
Total		**74**	**0**	**0**	**100.00**

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	0	5	100.00
Roche	positif	0	0	8	100.00
Siemens	positif	0	0	2	100.00
Clear Test	positif	0	0	5	100.00
Intex	positif	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	0	8	100.00
Nal von Minden	positif	0	0	10	100.00
Protzek	positif	1	0	4	80.00
SureStep Abbott	positif	3	0	12	80.00
Triage TOX	positif	0	0	28	100.00
Willi Fox	positif	0	1	5	83.33
Autres tests rapides	positif	3	0	11	78.57
Autres quantitatifs	positif	0	0	10	100.00
Total		**7**	**1**	**111**	**93.28**

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	0	100.00
Roche	négatif	8	0	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	0	100.00
Intex	négatif	7	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	12	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	17	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	28	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	10	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	0	0	100.00
Total		**141**	**0**	**0**	**100.00**

Cocaïne	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Roche	négatif	8	0	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	28	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	16	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	0	100.00
Total		**124**	**0**	**0**	**100.00**

Ecstasy, ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Protzek	négatif	3	0	0	100.00
Autres tests rapides	positif	0	0	26	100.00
Total		**3**	**0**	**26**	**10.34**

EDDP	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	0	20	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	5	0	0	100.00

Fentanyl	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
LCMS	négatif	3	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	2	0	0	100.00
Total		**5**	**0**	**0**	**100.00**

LSD	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Roche	négatif	1	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	3	0	0	100.00
Total		**4**	**0**	**0**	**100.00**

Méthadone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	0	4	100.00
Roche	positif	0	0	6	100.00
Siemens	positif	0	0	2	100.00
Clear Test	positif	0	0	5	100.00
Intex	positif	0	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	2	0	6	75.00
Nal von Minden	positif	0	0	8	100.00
Protzek	positif	1	0	4	80.00
SureStep Abbott	positif	1	0	13	92.86
Triage TOX	positif	0	0	18	100.00
Willi Fox	positif	0	0	6	100.00
Autres tests rapides	positif	1	0	13	92.86
Autres quantitatifs	positif	0	0	7	100.00
Total		**5**	**0**	**94**	**94.95**

Méthamphétamine, ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
MD Doctors Direct	négatif	3	0	1	75.00
LCMS	négatif	3	0	0	100.00
Intex	négatif	1	0	0	100.00
Nal von Minden	Valeur limite/ne	6	1	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	7	0	2	77.78
Triage TOX	positif	0	0	26	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	0	100.00
Autres méthodes	non évaluable	7	0	3	100.00
Total		**35**	**1**	**32**	**51.47**

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	0	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Roche	négatif	8	0	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Intex	négatif	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	28	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	0	1	93.75
Autres quantitatifs	négatif	11	0	0	100.00
Total		**114**	**0**	**1**	**99.13**

Paracétamol	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	0	0	100.00
Autres méthodes	négatif	3	0	0	100.00
Total		**6**	**0**	**0**	**100.00**

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
LCMS	négatif	3	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	6	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	1	0	0	100.00
Total		**10**	**0**	**0**	**100.00**

TCA, ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	1	0	26	96.30
Autres méthodes	positif	3	0	23	88.46
Total		**4**	**0**	**49**	**92.45**

Commentaire

À un litre d'urine ont été ajouté 0.25mg d' alprazolam (benzodiazépine), 3.2mg de nortriptyline (TCA), 0.5mg de méthadone, 0.5mg de EDDP et 0.8mg de MDMA (Ecstasy).Sur certains systèmes, la MDMA (3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) donne des résultats positifs pour l'amphétamine et la méthamphétamine; nous avons également considéré ces résultats comme corrects.