

Rapporto MQ 2026/3 Risultati qualitativi
28.09.2026 V1.0

Sommario

Campione		Risultati	buono	% buono
H14	Cellule HbF	26	26	100.00 %
I09	Allergologia Immunocap RAPID	4994	4843	96.98 %
S01	Sangue occulto	210	192	91.43 %
U02	Urina strisce test/HCG	1279	1261	98.59 %
U03	Test multidroga su urina	1019	995	97.64 %
Totale		7528	7317	97.20 %

H14 Cellule HbF

Cellule HbF	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Citometria di flusso	negativo	3	0	100.00
Kleihauer-Bethke	negativo	23	0	100.00
Totale		26	0	100.00

I09 Allergologia Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	non valutabile	193	139	168	100.00
E1 Gatto	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	498	0	2	99.60
E5 Cane	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	498	0	1	99.80
F1 Albume d'uovo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	45	0	0	100.00
F2 Latte	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	44	1	0	97.78
G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	496	2	0	99.60
i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	Valore limite/ne	265	90	99	78.19

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	16	5	438	95.42
T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	498	0	2	99.60
T9 olivo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	498	0	0	100.00
W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	495	3	0	99.40
W6 Artemisia	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	478	4	16	95.98

Commento

La concentrazione dell'allergene D1 Derm. pteronyssi era molto vicino al limite di rilevazione. Non abbiamo pertanto valutato questo allergene. La concentrazione dell'allergene E5 cane era molto vicino al limite di rilevazione. Non abbiamo pertanto valutato questo allergene.

S01 Sangue occulto

Sangue occulto nelle feci	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Colo-Rectal Test	positivo	1	0	29	96.67
I-Colo-Rectal Test	positivo	2	1	67	95.71
Epi Tuub	positivo	3	0	3	50.00
Hexagon OBTI	positivo	3	0	21	87.50
Haemoccult	positivo	1	0	2	66.67
Altri metodi Guajak	positivo	0	0	1	100.00
Hemofec	positivo	0	0	1	100.00
Altri test immunologici	positivo	7	0	68	90.67
Totale		17	1	192	91.43

Commento

Il campione di feci simulato conteneva sangue umano e doveva quindi risultare positivo. A causa della scarsa omogeneità del materiale, i risultati quantitativi insufficienti non sono stati valutati.

U02 Urina strisce test/HCG

HCG	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	18	1261	98.59

Commento

L'urina proveniente da donatori sani era stata addizionata di nitriti, glucosio e hCG

U03 Test multidroga su urina

MDMA	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
LCMS	positivo	0	0	4	100.00

6-Acetil morfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	2	0	0	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	2	0	4	66.67
Roche	positivo	0	0	8	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Intex	negativo	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	6	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	10	0	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	13	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	8	0	1	88.89
Totale		103	0	13	11.21

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	3	0	0	100.00
Roche	negativo	7	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	5	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	4	0	0	100.00
Protzek	negativo	3	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	6	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	4	0	0	100.00
Totale		74	0	0	100.00

Benzodiazepine	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	0	5	100.00
Roche	positivo	0	0	8	100.00
Siemens	positivo	0	0	2	100.00
Clear Test	positivo	0	0	5	100.00
Intex	positivo	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	0	8	100.00
Nal von Minden	positivo	0	0	10	100.00
Protzek	positivo	1	0	4	80.00
SureStep Abbott	positivo	3	0	12	80.00
Triage TOX	positivo	0	0	28	100.00
Willi Fox	positivo	0	1	5	83.33
Altri test rapidi	positivo	3	0	11	78.57
Altri test quantitativi	positivo	0	0	10	100.00
Totale		7	1	111	93.28

Buprenorfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	11	0	0	100.00

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	6	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	6	0	0	100.00
Intex	negativo	7	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	12	0	0	100.00
Protzek	negativo	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	17	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	10	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	19	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	10	0	0	100.00
Totale		141	0	0	100.00

Cocaina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	10	0	0	100.00
Protzek	negativo	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	16	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	11	0	0	100.00
Totale		124	0	0	100.00

Ecstasy, qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Protzek	negativo	3	0	0	100.00
Altri test rapidi	positivo	0	0	26	100.00
Totale		3	0	26	10.34

EDDP	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	positivo	0	0	20	100.00

Etilglucuronide qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	5	0	0	100.00

Fentanil	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
LCMS	negativo	3	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	2	0	0	100.00
Totale		5	0	0	100.00

LSD	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Roche	negativo	1	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	3	0	0	100.00
Totale		4	0	0	100.00

Metadone	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	0	4	100.00
Roche	positivo	0	0	6	100.00
Siemens	positivo	0	0	2	100.00
Clear Test	positivo	0	0	5	100.00
Intex	positivo	0	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positivo	2	0	6	75.00
Nal von Minden	positivo	0	0	8	100.00
Protzek	positivo	1	0	4	80.00
SureStep Abbott	positivo	1	0	13	92.86
Triage TOX	positivo	0	0	18	100.00
Willi Fox	positivo	0	0	6	100.00
Altri test rapidi	positivo	1	0	13	92.86
Altri test quantitativi	positivo	0	0	7	100.00
Totale		5	0	94	94.95

Metanfetamina, qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
MD Doctors Direct	negativo	3	0	1	75.00
LCMS	negativo	3	0	0	100.00
Intex	negativo	1	0	0	100.00
Nal von Minden	Valore limite/ne	6	1	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	7	0	2	77.78
Triage TOX	positivo	0	0	26	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	0	100.00
altri metodi	non valutabile	7	0	3	100.00
Totale		35	1	32	51.47

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	3	0	0	100.00

Morfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	11	0	0	100.00

Oppiati	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Roche	negativo	8	0	0	100.00
Siemens	negativo	2	0	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	0	100.00
Intex	negativo	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	9	0	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	15	0	1	93.75
Altri test quantitativi	negativo	11	0	0	100.00
Totale		114	0	1	99.13

Paracetamolo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	3	0	0	100.00
altri metodi	negativo	3	0	0	100.00
Totale		6	0	0	100.00

Fenciclidina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
LCMS	negativo	3	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	6	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	1	0	0	100.00
Totale		10	0	0	100.00

TCA, ql	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Triage TOX	positivo	1	0	26	96.30
altri metodi	positivo	3	0	23	88.46
Totale		4	0	49	92.45

Commento

Un litro di urina era stato addizionato di 0.25mg alprazolam (benzodiazepina), 3.2mg nortriptilina (TCA), 0.5mg metadone, 0.5mg EDDP e 0.8mg MDMA (Ecstasy). In alcuni strumenti, l'MDMA (3,4-metilendirossin-N-metilamfetamina) comporta risultati positivi per l'anfetamina e la metanfetamina; questi risultati sono pertanto considerati corretti.