Istruzioni dei controlli circolari con Triage MeterPro

Analisi	Campione	Materiale e configurazione del dispositivo
D-Dimeri	G06	Modo paziente, plasma
Troponina I	K41	Modo paziente, plasma
BNP, NT-proBNP	K41	Modo paziente, plasma

Preparazione:

- Dopo il ricevimento, conservare il campione in frigorifero a 2 - 8°C.
- Portare il campione a temperatura ambiente prima dell'uso
- Mescolare bene i campioni