



Hämatokrit messen mit der Ringversuchsprobe

«H5 Hämatologie Blutgase»



- Diese Probe muss mindestens 4 Stunden vor der Messung aus dem Kühlschrank genommen werden.
- Ampulle vor Gebrauch behutsam umdrehen um die Lösung zu mischen. Die Ampulle beklopfen, damit sich die Lösung wieder am Boden sammelt.
- Probe gemäss Geräteanleitung im Kontrollmodus messen.