



Analisi dell'ematocrito con il campione "H5 ematologia gas ematici"



- Questo campione deve essere estratto dal frigo almeno 4 ore prima dell'analisi.
- Prima dell'uso, invertire cautamente la fiala per mescolare la soluzione. Battere sulla fiala in modo che il campione si raccolga sul fondo.
- Effettuare l'analisi secondo le istruzioni dello strumento in modalità di controllo.